ANEXOS

1. Evaluación de Equipos Solicitados 1
2. Resumen de los Principales Equipos 19
3. Lista de Localización de Equipos 21
4. Lista de Equipos Planificados 32
5. Gastos de Mantenimiento de Equipos 36
6. Plan para Componente de Software 40

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
	UNIDAD DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ														
1 - 1	PABELLON	PUERPERIO	CAMA HOSPITALARIA	50	○	○	○	○	○	△	○	De 1 manivela. Ajuste de cantidad según capacidad clínica	52	124	H - 1 - 1 - 1
1 - 2	PABELLON	PUERPERIO	MESITA DE SOBRECAMA	50	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad, destinado a las madres con partos complicados o cesarea	15	22	H - 1 - 1 - 2
1 - 3	PABELLON	PUERPERIO	MESA DE CABECERA	50	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad según número de camas	52	125	H - 1 - 1 - 3
1 - 4	PABELLON	PUERPERIO	BACINETE	15	○	○	○	○	○	○	○	Para uso en casos de partos complicados o cesareas en los que los neonatos no ueden estar juntos	15	55	H - 1 - 1 - 4
1 - 5	PABELLON	PUERPERIO	SOPORTE DE IRRIGADOR	25	○	○	○	○	○	△	○	Por cada 2 camas 1 unidad	26	100	H - 1 - 1 - 5
1 - 6	PABELLON	PUERPERIO	BASURERO CON PEDAL	25	○	○	○	○	○	△	○	Por cada 2 camas 1 unidad	26	23	H - 1 - 1 - 6
1 - 7	PABELLON	PUERPERIO	CAMILLA DE TRANSPORTE	4	○	○	○	○	○	○	○	Por cada 26 camas/habitación 2 unidades	4	109	H - 1 - 1 - 7
1 - 8	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	CAMA HOSPITALARIA	10	○	○	○	○	○	△	○	De 1 manivela. Ajuste de cantidad según capacidad clínica	8	124	H - 1 - 2 - 1
1 - 9	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	MESITA DE SOBRECAMA	10	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad, destinado a las madres con partos complicados o cesarea	3	22	H - 1 - 2 - 2
1 - 10	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	MESA DE CABECERA	10	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad según número de camas	8	125	H - 1 - 2 - 3
1 - 11	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	SOPORTE DE IRRIGADOR	10	○	○	○	○	○	△	○	Por cada cama 1 unidad	8	100	H - 1 - 2 - 4
1 - 12	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	BASURERO CON PEDAL	10	○	○	○	○	○	△	○	Por cada cama 1 unidad	8	23	H - 1 - 2 - 5
1 - 13	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	CAMILLA DE TRANSPORTE	1	○	○	○	○	○	○	○	Por cada 8 camas/habitación 1 unidad	1	109	H - 1 - 2 - 6
1 - 14	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	SILLA ENFERMERIA	4	○	○	○	○	○	○	○	Para enfermeras	4	15	H - 1 - 3 - 1
1 - 15	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	BOMBA DE INFUSION	10	○	○	○	○	○	△	○	Para pacientes que se piensen no convalecientes, cesareas, ajuste de cantidad	4	138	H - 1 - 3 - 2
1 - 16	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	UNIDAD DE SUCCION CONTINUA A BAJA PRESION	10	○	○	○	○	○	△	○	Para pacientes que se piensen no convalecientes, cesareas, ajuste de cantidad	4	95	H - 1 - 3 - 3
1 - 17	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	4	○	○	○	○	○	○	○	De tipo aneroide	4	44	H - 1 - 3 - 4
1 - 18	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	4	○	○	○	○	○	○	○		4	39	H - 1 - 3 - 5
1 - 19	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO PORTAEXPEDIENTES	4	○	○	○	○	○	○	○		4	27	H - 1 - 3 - 6
1 - 20	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	4	○	○	○	○	○	○	○		4	31	H - 1 - 3 - 7
1 - 21	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTETOSCOPIOS	4	○	○	○	○	○	○	○		4	94	H - 1 - 3 - 8
1 - 22	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO DE EMERGENCIA	2	○	○	○	○	○	○	○		2	37	H - 1 - 3 - 9
1 - 23	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTANTE DE MEDICINA	2	○	○	○	○	○	○	○		2	137	H - 1 - 3 - 10
1 - 24	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	DESINTEGRADORES DE AGUJAS	1	○	×	○	○	○	×	×	Es recomendable el tratamiento en conjunto con las instituciones superiores globalmente y la terciarización	—		
1 - 25	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	PATOS	20	○	○	○	○	○	○	○	Para pacientes que se piensen no convalecientes, cesareas, ajuste de cantidad	15	126	H - 1 - 3 - 11
1 - 26	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	CAMA DE RECONOCIMIENTO	2	○	○	○	○	○	○	○	Para ginecología	2	77	H - 1 - 4 - 1
1 - 27	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	CARRO DE CURACIONES	2	○	○	○	○	○	○	○		2	103	H - 1 - 4 - 2
1 - 28	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	NEGATOSCOPIO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	66	H - 1 - 4 - 3

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
1 - 29	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	JUEGO DE DIAGNOSIS	2	○	○	○	○	○	○	○		2	73	H - 1 - 4 - 4
1 - 30	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	BASURERO CON PEDAL	2	○	○	○	○	○	○	○		2	23	H - 1 - 4 - 5
1 - 31	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	31	H - 1 - 4 - 6
1 - 32	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	39	H - 1 - 4 - 7
1 - 33	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	BANCO DE PIE DE 1 PELDANO	2	△	○	○	○	○	○	○	De 2 peldaños	2	116	H - 1 - 4 - 8
1 - 34	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	SILLA SECRETARIALES	2	○	○	○	○	○	○	○	Para personal médico	2	13	H - 1 - 4 - 9
1 - 35	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	SILLAS DE PACIENTES	2	○	○	○	○	○	○	○		2	16	H - 1 - 4 - 10
1 - 36	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	JUEGO DE CUSCO (G, M, P)	4	○	○	○	○	○	△	○	Por cada sala de revición de pacietes 1 unidad	16	40	H - 1 - 4 - 11
	PABELLON	REVISION DE PACIENTES			○	○	○	○	○	○	○	Planificado para la elaboración de registro de tratamiento	2	78	H - 1 - 4 - #
1 - 37	PABELLON	TRATAMIENTO DE RECIEN-NACIDOS	CAMA DE RECONOCIMIENTO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	80	H - 1 - 5 - 1
1 - 38	PABELLON	TRATAMIENTO DE RECIEN-NACIDOS	BASURERO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	23	H - 1 - 5 - 2
1 - 39	PABELLON	TRATAMIENTO DE RECIEN-NACIDOS	CARRO DE CURACIONES	2	○	○	○	○	○	○	○		2	103	H - 1 - 5 - 3
1 - 40	PABELLON	TRATAMIENTO DE RECIEN-NACIDOS	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2	○	○	○	○	○	○	○		2	35	H - 1 - 5 - 4
2 - 1	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	77	H - 2 - 1 - 1
2 - 2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	39	H - 2 - 1 - 2
2 - 3	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	JUEGO DE DIAGNOSIS DE GINECOLOGIA	6	○	○	○	○	○	△	○	1 juego para cada sala de revisión de pacientes	2	74	H - 2 - 1 - 3
2 - 4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	JUEGO DE CUSCO (G, M, P)	6	○	○	○	○	○	△	○	8 juego para cada sala de revisión de pacientes	16	40	H - 2 - 1 - 4
2 - 5	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	EQUIPO DE DAIAGNOSTICO	2	△	○	○	○	○	○	○	Para diagnóstico ocular y otorrino	2	47	H - 2 - 1 - 5
2 - 6	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	2	○	○	○	○	○	○	○	De tipo aneroide	2	44	H - 2 - 1 - 6
2 - 7	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	TALLIMETRO Y PESO	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad común para 2 consultorios	1	82	H - 2 - 1 - 7
2 - 8	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	PELVIMETRO	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad común para 2 consultorios	1	56	H - 2 - 1 - 8
2 - 9	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	DETECTOR FETAL DOPPLER	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad común para 2 consultorios	1	102	H - 2 - 1 - 9
2 - 10	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	NEGATOSCOPIO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	66	H - 2 - 1 - 10
2 - 11	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	31	H - 2 - 1 - 11
2 - 12	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CARRO PARA VESTIDOS	2	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
2 - 13	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	SILLA DE RUEDAS	1	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por cada consultorio	2	42	H - 2 - 1 - 12
2 - 14	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	2	○	○	○	○	○	△	○	2 juegos por cada consultorio	4	115	H - 2 - 1 - 13
2 - 15	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	MESA DE MAYO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	135	H - 2 - 1 - 14
2 - 16	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	ESCRITORIOS	2	○	○	○	○	○	○	○	Escritorio para consultorio	2	78	H - 2 - 1 - 15

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
2 - 17	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	SILLA SECRETARIALES	2	○	○	○	○	○	○	○	Para personal médico	2	13	H - 2 - 1 - 16
2 - 18	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	SILLAS DE PACIENTES	2	○	○	○	○	○	○	○		2	16	H - 2 - 1 - 17
2 - 19	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	BASURERO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	23	H - 2 - 1 - 18
2 - 20	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	PINZAS PARA TOMA DE BIOPSIA KEVORKE	4	△	○	○	○	○	×	×	Incluido dentro del equipo de diagnostico ginecológico	—		
2 - 21	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	PINZAS DE ANILLO CON BOTE DE ACERO INOX.	4	△	○	○	○	○	×	×	Incluido dentro del equipo de diagnostico ginecológico	—		
2 - 22	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	BANCO DE PIE DE 1 PELDANO	2	△	○	○	○	○	○	○	De 2 peldaños	2	116	H - 2 - 1 - 19
2 - 23	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	ESTETOSCOPIOS	2	○	○	○	○	○	○	○	Para uso obstétrico	2	92	H - 2 - 1 - 20
2 - 24	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	EQUIPO DE ULTRASONIDO	1	○	○	○	○	○	○	○	Con nivel basado en consultas obstétricas	1	90	H - 2 - 2 - 1
2 - 25	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	CAMA DE RECONOCIMIENTO ULTRASONICO	1	○	○	○	○	○	○	○	Mesa de examen	1	75	H - 2 - 2 - 2
2 - 26	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	BANCO DE PIE DE 1 PELDANO	4	△	○	○	○	○	△	○	De 2 peldaños	1	116	H - 2 - 2 - 3
2 - 27	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	2	○	○	○	○	○	△	○	Para almacenar juego instrumental para diagnósis	1	31	H - 2 - 2 - 4
2 - 28	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	ESCRITORIOS	1	○	○	○	○	○	○	○	Escritorio para consultorio	1	78	H - 2 - 2 - 5
2 - 29	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	SILLA SECRETARIALES	1	○	○	○	○	○	○	○	Para personal médico	1	13	H - 2 - 2 - 6
2 - 30	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	DESINTEGRADORES DE AGUJAS	1	○	×	○	○	○	×	×	Es recomendable el tratamiento en conjunto con las instituciones superiores globalmente y la terciarización	—		
2 - 31	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	JUEGO DE AMBU PEDIATRICO / ADULTO	1	△	○	○	○	○	○	○	Solamente para adultos	1	12	H - 2 - 3 - 1
2 - 32	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	MESA DE EXAMEN Y TRATAMIENTO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	77	H - 2 - 3 - 2
2 - 33	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	COLPOSCOPIO CON MONITOR Y CAMERA	1	○	○	○	○	○	○	○		1	57	H - 2 - 3 - 3
2 - 34	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	EQUIPO PARA CRIOCIRUGIA	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para curaciones erosivas	1	101	H - 2 - 3 - 4
2 - 35	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	EQUIPO ASA DIATERMICA	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para curaciones erosivas	1	38	H - 2 - 3 - 5
2 - 36	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	BANCO DE PIE DE 1 PELDANO	2	△	○	○	○	○	○	○	De 2 peldaños	2	116	H - 2 - 3 - 6
2 - 37	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	BASURERO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	23	H - 2 - 3 - 7
2 - 38	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	39	H - 2 - 3 - 8
2 - 39	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	CARRO DE CURACIONES	2	○	○	○	○	○	○	○		2	103	H - 2 - 3 - 9
	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	EQUIPOS DE INSERCION DE DIU		○	○	○	○	○	○	○	Necesario para la colocación de dispositivos anticonceptivos	6	1	H - 2 - 3 - 10
2 - 40	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	ESCRITORIOS	4	○	○	○	○	○	△	○	Escritorio para consultorio, ajuste de cantidad	1	78	H - 2 - 4 - 1
2 - 41	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	SILLA SECRETARIALES	4	○	○	○	○	○	△	○	Para personal médico. Ajuste de cantidad	1	13	H - 2 - 4 - 2
2 - 42	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	SILLAS DE PACIENTES	2	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad	1	16	H - 2 - 4 - 3
2 - 43	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	REFRIGERADOR	1	○	○	○	○	○	○	○	Tipo pequeño, para almacenamiento de vacunas	1	140	H - 2 - 4 - 4
2 - 44	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	1	○	○	○	○	○	○	○	Para almacenar juego instrumental para curaciones	1	31	H - 2 - 4 - 5

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
2 - 45	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	DESINTEGRADORES DE AGUJAS	1	○	×	○	○	○	×	×	Es recomendable el tratamiento en conjunto con las instituciones superiores globalmente y la terciarización	—		
2 - 46	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	4	○	○	○	○	○	△	○		2	115	H - 2 - 4 - 6
2 - 47	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	CARRO DE CURACIONES	4	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad	1	103	H - 2 - 4 - 7
2 - 48	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	BASURERO	4	○	○	○	○	○	△	○		1	23	H - 2 - 4 - 8
2 - 49	CONSULTA EXTERNA	PROMOCION DE SALUD	VHS Y MONITOR	1	○	○	○	○	○	○	○	Video para la educación en salud	1	111	H - 2 - 5 - 1
2 - 50	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	ESCRITORIOS	2	○	○	○	○	○	△	○	Escritorio para consultorio, ajuste de cantidad	1	78	H - 2 - 6 - 1
2 - 51	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	SILLA SECRETARIALES	2	○	○	○	○	○	△	○	Para personal médico. Ajuste de cantidad	1	13	H - 2 - 6 - 2
2 - 52	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	SILLAS DE PACIENTES	2	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad	1	16	H - 2 - 6 - 3
2 - 53	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	MESA DE EXAMEN Y TRATAMIENTO	2	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad	1	76	H - 2 - 6 - 4
2 - 54	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	EQUIPO DE DAIAGNOSTICO	2	△	○	○	○	○	△	○	Cantidad ajustada, para diagnóstico ocular y otorrino	1	47	H - 2 - 6 - 5
2 - 55	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	2	○	○	○	○	○	△	○	De tipo aneroide, ajuste de cantidad	1	43	H - 2 - 6 - 6
2 - 56	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	2	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad	1	31	H - 2 - 6 - 7
2 - 57	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	ESTETOSCOPIOS	2	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad	1	93	H - 2 - 6 - 8
2 - 58	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad	1	39	H - 2 - 6 - 9
2 - 59	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	JUEGO DE DIAGNOSTICO NINOS	2	○	○	○	○	○	△	○	Para neonatos. Ajuste de cantidad	4	72	H - 2 - 6 - 10
	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	TALLIMETRO Y PESO PARA NEONATOS		○	○	○	○	○	○	○	Necesario para los examenes de los neonatos	1	81	H - 2 - 6 - 11
2 - 60	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	DESINTEGRADORES DE AGUJAS	1	○	×	○	○	○	×	×	Es recomendable el tratamiento en conjunto con las instituciones superiores globalmente y la terciarización	—		
2 - 61	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	JUEGO DE AMBU PEDIATRICO / ADULTO	1	△	○	○	○	○	○	○	Para	1	11	H - 2 - 7 - 1
2 - 62	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	MESA DE EXAMEN Y TRATAMIENTO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	76	H - 2 - 7 - 2
2 - 63	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	BASURERO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	23	H - 2 - 7 - 3
2 - 64	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	39	H - 2 - 7 - 4
2 - 65	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	CARRO DE CURACIONES	2	○	○	○	○	○	○	○		2	103	H - 2 - 7 - 5
2 - 66	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	77	H - 2 - 8 - 1
2 - 67	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	39	H - 2 - 8 - 2
2 - 68	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	JUEGO DE DIAGNOSIS DE GINECOLOGIA	6	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de cantidad	4	74	H - 2 - 8 - 3
2 - 69	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	JUEGO DE CUSCO (G, M, P)	6	○	○	○	○	○	△	○	8 juegos por cada sala de admisión	16	40	H - 2 - 8 - 4
2 - 70	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	EQUIPO DE DAIAGNOSTICO	2	△	○	○	○	○	○	○	Para diagnóstico ocular y otorrino	2	47	H - 2 - 8 - 5
2 - 71	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	2	○	○	○	○	○	○	○	De tipo aneroide	2	44	H - 2 - 8 - 6
2 - 72	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	TALLIMETRO Y PESO	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad común para 2 consultorios	1	82	H - 2 - 8 - 7

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
2 - 73	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	PELVIMETRO	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad común para 2 consultorios	1	56	H - 2 - 8 - 8
2 - 74	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	DETECTOR FETAL DOPPLER	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad común para 2 consultorios	1	102	H - 2 - 8 - 9
2 - 75	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	NEGATOSCOPIO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	66	H - 2 - 8 - 10
2 - 76	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	2	○	○	○	○	○	○	○	Para almacenar juego instrumental para diagnósis	2	31	H - 2 - 8 - 11
2 - 77	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	CARRO PARA VESTIDOS	2	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
2 - 78	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	SILLA DE RUEDAS	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad común para 2 consultorios	1	42	H - 2 - 8 - 12
2 - 79	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	2	○	○	○	○	○	△	○	2 juego para cada sala de revisión de pacientes	4	115	H - 2 - 8 - 13
2 - 80	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	MESA DE MAYO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	135	H - 2 - 8 - 14
2 - 81	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	ESCRITORIOS	2	○	○	○	○	○	○	○	Escritorio para consultorio	2	78	H - 2 - 8 - 15
2 - 82	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	SILLA SECRETARIALES	2	○	○	○	○	○	○	○	Para personal médico	2	13	H - 2 - 8 - 16
2 - 83	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	SILLAS DE PACIENTES	2	○	○	○	○	○	○	○		2	16	H - 2 - 8 - 17
2 - 84	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	BASURERO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	23	H - 2 - 8 - 18
2 - 85	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	PINZAS PARA TOMA DE BIOPSIA KEVORKE	4	△	○	○	○	○	×	×	Incluido dentro del equipo de diagnostico ginecológico	—		
2 - 86	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	PINZAS DE ANILLO CON BOTE DE ACERO INOX.	4	△	○	○	○	○	×	×	Incluido dentro del equipo de diagnostico ginecológico	—		
2 - 87	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	BANCO DE PIE DE 1 PELDANO	2	△	○	○	○	○	○	○	De 2 peldaños	2	116	H - 2 - 8 - 19
2 - 88	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	ESTETOSCOPIOS	2	○	○	○	○	○	○	○	Para uso obstétrico	2	92	H - 2 - 8 - 20
3 - 1	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	MESA DE PARTO	4	○	○	○	○	○	○	○	Ajuste a las dimensiones clínicas	4	121	H - 3 - 1 - 1
3 - 2	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	LAMPARA AUXILIAR CON UNIDAD DE EMERGENCIA	4	○	○	○	○	○	○	○		4	107	H - 3 - 1 - 2
3 - 3	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	MONITOR DE PARTO	4	○	○	○	○	○	△	○	Por cada paciente contagioso y 2 general	3	119	H - 3 - 1 - 3
3 - 4	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	EXTRACTOR DE VACIO	2	○	○	○	○	○	○	○	Por cada paciente contagioso y 1 general	2	36	H - 3 - 1 - 4
3 - 5	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	RESUCITADOR AUTOMATICO	2	○	○	○	○	○	○	○	Por cada paciente contagioso y 1 general	2	65	H - 3 - 1 - 5
3 - 6	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	UNIDAD DE SUCCION	4	○	○	○	○	○	△	○	Por cada paciente contagioso y 2 general	3	34	H - 3 - 1 - 6
3 - 7	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	4	○	○	○	○	○	○	○	Para el almacenamiento del instrumental de parto	4	31	H - 3 - 1 - 7
3 - 8	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	ATRIL	4	○	○	○	○	○	○	○		4	100	H - 3 - 1 - 8
3 - 9	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	4	○	○	○	○	○	○	○	De tipo aneroide	4	44	H - 3 - 1 - 9
3 - 10	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	CARRO DE UTILERIA	4	○	○	○	○	○	○	○		4	30	H - 3 - 1 - 10
3 - 11	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	MESA DE MAYO	8	○	○	○	○	○	○	○	2 unidades por cada sala de partos	8	135	H - 3 - 1 - 11
3 - 12	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	4	○	○	○	○	○	△	○	2 juegos por cada sala de partos	8	115	H - 3 - 1 - 12
3 - 13	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA PARTO	12	○	○	○	○	○	○	○	6 juegos por cada sala de partos	24	120	H - 3 - 1 - 13

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
3 - 14	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	EQUIPO DE LEGRADO	4	○	○	○	○	○	○	○	Por cada 4 enfermeemo contagioso y 4 general	6	86	H - 3 - 1 - 14
3 - 15	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	ESTETOSCOPIO OBSTETRICO	4	○	○	○	○	○	○	○		4	92	H - 3 - 1 - 15
3 - 16	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	CAMILLA DE TRANSPORTE	2	○	○	○	○	○	○	○	Por cada paciente contagioso y 1 general	2	109	H - 3 - 1 - 16
3 - 17	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	4	○	○	○	○	○	○	○		4	39	H - 3 - 1 - 17
3 - 18	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	BACINETE	4	○	○	○	○	○	○	○		4	55	H - 3 - 1 - 18
3 - 19	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	TRITURADORA DE PLACENTAS	1	×	○	○	○	○	—	×	Por principio de incineración de placenta	—		
3 - 20	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	DESINTEGRADORES DE AGUJAS	1	○	×	○	○	○	×	×	Es recomendable el tratamiento en conjunto con las instituciones superiores globalmente y la terciarización	—		
3 - 21	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	BANCOS GIRATORIOS	4	○	○	○	○	○	○	○	De fabricación inoxidable	4	147	H - 3 - 1 - 19
3 - 22	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	JUEGO DE FORCEPOS (K, P, S)	1	○	○	○	○	○	△	○	Por cada 2 paciente contagioso y 6 general	8	60	H - 3 - 1 - 20
3 - 23	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	PAILAS DE ACERO INOX.	8	○	○	○	○	○	○	○	2 unidades por cada mesa de partos	8	88	H - 3 - 1 - 21
3 - 24	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	BALDE SOBRE RODOS	8	○	○	○	○	○	○	○	2 unidades por cada mesa de partos	8	33	H - 3 - 1 - 22
3 - 25	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	JUEGO DE AMBU ADULTO	1	○	○	○	○	○	△	○	Por cada paciente contagioso y 1 general	2	12	H - 3 - 1 - 23
3 - 26	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	BANCO DE PIE DE 1 PELDANO	4	△	○	○	○	○	○	○	De 2 peldaños	4	116	H - 3 - 1 - 24
	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	JUEGO DE EPISIOTOMIA		○	○	○	○	○	○	○	Planificado al igual que los Clipper. Por cada mesa de parto 2 juegos	16	19	H - 3 - 1 - 25
3 - 27	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	MESA DE PARTO	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 28	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	LAMPARA AUXILIAR CON UNIDAD DE EMERGENCIA	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 29	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	MONITOR DE PARTO	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 30	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	EXTRACTOR DE VACIO	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 31	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	RESUCITADOR AUTOMATICO	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 32	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	UNIDAD DE SUCCION	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 33	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 34	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	ATRIL	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 35	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 36	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	CARRO DE UTILERIA	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 37	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	MESA DE MAYO	4	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 38	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 39	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA PARTO	6	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 40	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	EQUIPO DE LEGRADO	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 41	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	ESTETOSCOPIO OBSTETRICO	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
3 - 42	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	CAMILLA DE TRANSPORTE	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 43	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 44	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	BACINETE	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 45	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	TRITURADORA DE PLACENTAS	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 46	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	DESINTEGRADORES DE AGUJAS	1	○	×	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 47	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	BANCOS GIRATORIOS	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 48	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	JUEGO DE FORCEPOS (K, P, S)	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 49	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	PORTA PAILAS SENCILLO	4	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 50	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	BALDE SOBRE RODOS	4	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 51	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	JUEGO DE AMBU ADULTO	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 52	EXPULSIVO	SALA DE PARTO (SEPTICO)	BANCO DE PIE DE 1 PELDANO	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de partos para contagiosos	—		
3 - 53	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unuidad por cada 2 salas de partos	2	35	H - 3 - 2 - 1
3 - 54	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS	BACINETE RESUCITADOR NEONATAL	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unuidad por cada 2 salas de partos	2	80	H - 3 - 2 - 2
3 - 55	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS	BALANZA PARA RECIEN-NACDOS	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unuidad por cada 2 salas de partos	2	81	H - 3 - 2 - 3
3 - 56	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS	CARRO DE UTILERIA	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unuidad por cada 2 salas de partos	2	30	H - 3 - 2 - 4
3 - 57	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	○	○	○	○	○	○	○	Uso común con otros laboratorios neonatales	1	11	H - 3 - 2 - 5
3 - 58	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	ASPIRADOR DE SECRECIONES	1	○	○	○	○	○	△	×	Ubicado en expulsivos para contagiosos	—		
3 - 59	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	BACINETE RESUCITADOR NEONATAL	1	○	○	○	○	○	△	×	Ubicado en expulsivos para contagiosos	—		
3 - 60	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	BALANZA PARA RECIEN-NACDOS	1	○	○	○	○	○	△	×	Ubicado en expulsivos para contagiosos	—		
3 - 61	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	CARRO DE UTILERIA	1	○	○	○	○	○	△	×	Ubicado en expulsivos para contagiosos	—		
3 - 62	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	○	○	○	○	○	△	×	Ubicado en expulsivos para contagiosos	—		
3 - 63	EXPULSIVO	BODEGA DE EQUIPOS	ESTANTE METALICO DE 4 ESPACIONS	2	○	○	○	○	○	△	○	Planificado para el almacenamiento de equipos médicos	4	149	H - 3 - 7 - 1
3 - 64	EXPULSIVO	BODEGA DE EQUIPOS	TANQUE DE OXIGENO	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido al suministro de oxígeno por tubería central	—		
3 - 65	EXPULSIVO	BODEGA DE EQUIPOS	MANOMETRO DE OXIGENO	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido al suministro de oxígeno por tubería central	—		
3 - 66	EXPULSIVO	BODEGA DE EQUIPOS	CARRETILLAS PARA TANQUES O2	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido al suministro de oxígeno por tubería central	—		
3 - 67	EXPULSIVO	LABOR	CAMA	8	○	○	○	○	○	○	○	Ajuste de la cantidad deacuerdo a las dimensiones clínicas	8	123	H - 3 - 3 - 1
3 - 68	EXPULSIVO	LABOR	MESITAS DE NOCHE	8	○	○	○	○	○	○	○	Ajustar l número de camas	8	125	H - 3 - 3 - 2
3 - 69	EXPULSIVO	LABOR	PATOS	16	○	×	○	○	○	×	×	Poco necesario para el momento de labor	—		
3 - 70	EXPULSIVO	LABOR	BASURERO	8	○	○	○	○	○	○	○	Ajustar l número de camas	8	23	H - 3 - 3 - 3

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
3 - 71	EXPULSIVO	LABOR	DETECTOR FETAL DOPPLER	1	○	○	○	○	○	△	×	Transladado a la estación de enfermería	—		
3 - 72	EXPULSIVO	LABOR	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	2	○	○	○	○	○	△	×	De tipo aneroide. Cambiado a la estación de enfermeras	—		
3 - 73	EXPULSIVO	LABOR	ESTETOSCOPIO OBSTETRICO	2	○	○	○	○	○	△	×	Transladado a la estación de enfermería	—		
3 - 74	EXPULSIVO	LABOR	ATRILES	8	○	○	○	○	○	○	○	Por cada cama 2 unidades	8	100	H - 3 - 3 - 4
3 - 75	EXPULSIVO	LABOR	MONIOR FETAL	2	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por cada 2 camas	4	87	H - 3 - 3 - 5
3 - 76	EXPULSIVO	LABOR	DESINTEGRADORES DE AGUJAS	1	○	×	○	○	○	×	×	Es recomendable el tratamiento en conjunto con las instituciones superiores globalmente y la terciarización	—		
3 - 77	EXPULSIVO	LABOR	CAMILLA DE TRANSPORTE	2	○	○	○	○	○	○	○	2 unidades por cada 8 camas	2	109	H - 3 - 3 - 6
3 - 78	EXPULSIVO	LABOR	CARRO DE UTILERIA	2	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por cada 8 camas	1	30	H - 3 - 3 - 7
3 - 79	EXPULSIVO	LABOR	BOMBA DE INFUSION	2	○	○	○	○	○	△	×	Transladado a la estación de enfermería	—		
3 - 80	EXPULSIVO	LABOR	SILLA DE RUEDAS	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada 8 camas	1	42	H - 3 - 3 - 8
3 - 81	EXPULSIVO	SALA DE MEDICOS DE GUARDIA	CAMA	1	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
3 - 82	EXPULSIVO	RECUPERACION	CAMILLA DE TRANSPORTE	2	○	×	○	○	○	×	×	Suficiente con el uso de las cama de recuperacion	—		
3 - 83	EXPULSIVO	RECUPERACION	CAMA DE RECUPERACION	4	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por cada sala de partos	2	153	H - 3 - 4 - 1
3 - 84	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	SILLA ENFERMERIA	4	○	○	○	○	○	○	○	Para enfermeras	4	15	H - 3 - 5 - 1
3 - 85	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTETOSCOPIOS	2	○	○	○	○	○	○	○		2	94	H - 3 - 5 - 2
3 - 86	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	31	H - 3 - 5 - 3
3 - 87	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO PORTAEXPEDIENTES	2	○	○	○	○	○	○	○		2	27	H - 3 - 5 - 4
3 - 88	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO DE EMERGENCIA	1	○	○	○	○	○	○	○		1	37	H - 3 - 5 - 5
3 - 89	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTANTE DE MEDICINA	1	○	○	○	○	○	○	○		1	137	H - 3 - 5 - 6
	EXPULSIVO	LABOR	DETECTOR FETAL DOPPLER		○	○	○	○	○	○	○	Cambio de ubicación desde labor	1	102	H - 3 - 5 - 7
	EXPULSIVO	LABOR	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL		○	○	○	○	○	○	○	Cambio de ubicación desde labor	2	44	H - 3 - 5 - 8
	EXPULSIVO	LABOR	ESTETOSCOPIO OBSTETRICO		○	○	○	○	○	○	○	Cambio de ubicación desde labor	2	92	H - 3 - 5 - 9
	EXPULSIVO	LABOR	BOMBA DE INFUSION		○	○	○	○	○	○	○	Cambio de ubicación desde labor, 1 unidad para 4 camas	2	138	H - 3 - 5 - 10
3 - 90	EXPULSIVO	VESTIDOR	CARRO DE ROPA LIMPIA	2	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
3 - 91	EXPULSIVO	VESTIDOR	CARRO DE ROPA SUCIA	2	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
3 - 92	EXPULSIVO	VESTIDOR	ESTANTES PARA ROPA	2	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	CAMA HOSPITALARIA		○	○	○	○	○	○	○	Para uso como cama de puerperio y pacientes contagiosos en labor	1	124	H - 3 - 6 - 1
	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	ASPIRADOR DE SECRECIONES	1	○	○	○	○	○	○	○	Para pacientes contagiosos	1	35	H - 3 - 6 - 2
	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	BACINETE RESUCITADOR NEONATAL	1	○	○	○	○	○	○	○	Para pacientes contagiosos	1	80	H - 3 - 6 - 3

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	BALANZA PARA RECIEN-NACDOS	1	○	○	○	○	○	○	○	Para pacientes contagiosos	1	81	H - 3 - 6 - 4
	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	CARRO DE UTILERIA	1	○	○	○	○	○	○	○	Para pacientes contagiosos	1	30	H - 3 - 6 - 5
	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	○	○	○	○	○	○	○	Para pacientes contagiosos	1	11	H - 3 - 6 - 6
4 - 1	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	MAQUINA DE ANESTESIA CON VENTILADOR	1	○	○	○	○	○	△	○	Por cada paciente contagioso y 1 general	2	132	H - 4 - 1 - 1
4 - 2	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	MONITOR DE PACIENTE	1	○	○	○	○	○	△	○	Ajustado al número de máquinas de anestesia	2	28	H - 4 - 1 - 2
4 - 3	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	MESA DE OPERACIONES	1	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de la cantidad deacuerdo a las dimensiones clínicas	2	67	H - 4 - 1 - 3
4 - 4	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	LAMPARA DE TECHO	1	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de la cantidad deacuerdo a las dimensiones clínicas	2	98	H - 4 - 1 - 4
4 - 5	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	LAMPARA AUXILIAR CON UNIDAD DE EMERGENCIA	1	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de la cantidad deacuerdo a las dimensiones clínicas	2	107	H - 4 - 1 - 5
4 - 6	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	JUEGO DE CESAREA	3	○	○	○	○	○	△	○	4 juegos por cada mesa de operación	8	96	H - 4 - 1 - 6
4 - 7	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	CARRO PARA INSTRUMENTOS	1	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por cada mesa de operación	2	30	H - 4 - 1 - 7
4 - 8	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	MESA DE MAYO	2	○	○	○	○	○	△	○	2 unidad por cada mesa de operación	4	135	H - 4 - 1 - 8
4 - 9	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	1	○	○	○	○	○	△	○	Uso en curaciones intraabdominales post cesarea. 1 unidad por cada quirófano	2	97	H - 4 - 1 - 9
4 - 10	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	UNIDAD DE SUCCION	1	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por cada mesa de operación	2	34	H - 4 - 1 - 10
4 - 11	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	LARINGOSCOPIO	1	○	○	○	○	○	△	○	Ajustado al número de máquinas de anestesia	2	54	H - 4 - 1 - 11
4 - 12	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	ATRIL	2	○	○	○	○	○	△	○	2 unidad por cada mesa de operación	4	100	H - 4 - 1 - 12
4 - 13	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	CARRO DE EMERGENCIA	1	○	○	○	○	○	△	○	Por cada paciente contagioso y 1 general, uso común con partos	2	37	H - 4 - 1 - 13
4 - 14	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	DESFIBRILADOR	1	○	○	○	○	○	△	○	Por cada paciente contagioso y 1 general, uso común con partos	2	69	H - 4 - 1 - 14
4 - 15	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	1	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por casa sala de operación	2	31	H - 4 - 1 - 15
4 - 16	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	NEGATOSCOPIO	1	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por casa sala de operación	2	66	H - 4 - 1 - 16
4 - 17	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BALDE SOBRE RODOS	2	○	○	○	○	○	△	○	2 unidad por cada mesa de operación	4	33	H - 4 - 1 - 17
4 - 18	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	ESTERILIZADOR DE AGUA POR UV	1	×	×	○	○	○	×	×	Con el uso de gauantes no existe problema alguno, el lavado se lleva a cabo con agua potable. Sobre proyectado	—		
4 - 19	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	CAMILLA DE TRANSPORTE	1	○	○	○	○	○	△	○	Por cada enfermeemo contagioso y 1 general	2	109	H - 4 - 1 - 18
4 - 20	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	CARRO DE ANESTESISTA	1	○	○	○	○	○	△	○	Ajustado al número de máquinas de anestesia	2	133	H - 4 - 1 - 19
4 - 21	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BANCO DE ANESTESISTA	1	○	○	○	○	○	△	○	Ajustado al número de máquinas de anestesia	2	18	H - 4 - 1 - 20
4 - 22	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	MESAS DE ACERO INOX. PARA INSTRUMENTOS	1	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por cada mesa de operación	2	32	H - 4 - 1 - 21
4 - 23	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BACINETE RESUCITADOR NEONATAL	1	○	×	○	○	○	×	×	Existe para UCIN	—		
4 - 24	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA	10	○	○	○	○	○	○	○	5 juegos por cada mesa de operación	10	114	H - 4 - 1 - 22
4 - 25	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	10	○	○	○	○	○	○	○	5 juegos por cada mesa de operación	10	115	H - 4 - 1 - 23
4 - 26	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	PORTA PAILAS SENCILLO	2	○	○	○	○	○	△	○	2 unidad por cada mesa de operación	4	88	H - 4 - 1 - 24

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
4 - 27	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BASUREROS DE ACERO INOX.	2	○	○	○	○	○	○	○		2	23	H - 4 - 1 - 25
4 - 28	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BANCOS GIRATORIOS	1	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por cada mesa de operación, para personal médico	2	14	H - 4 - 1 - 26
4 - 29	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	1	○	○	○	○	○	△	○	De tipo aneroide	2	44	H - 4 - 1 - 27
4 - 30	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BOMBA DE INFUSION	2	○	○	○	○	○	○	○		2	138	H - 4 - 1 - 28
4 - 31	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	MANOMETRO DE OXIGENO	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido al suministro de oxígeno por tubería central	—		
4 - 32	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BANCO DE PIE DE 1 PELDANO	1	△	○	○	○	○	△	○	De 2 peldaños, deacuerdo al número de mesas de operación	2	116	H - 4 - 1 - 29
	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO			○	○	○	○	○	○	○	Necesario para operaciones de emergencia de cuerpos ex	2	145	H - 4 - 1 - #
4 - 33	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	MAQUINA DE ANESTESIA CON VENTILADOR	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 34	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	MONITOR DE PACIENTE	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 35	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	MESA DE OPERACIONES	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 36	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	LAMPARA DE TECHO	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 37	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	LAMPARA AUXILIAR CON UNIDAD DE EMERGENCIA	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 38	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	JUEGO DE CESAREA	3	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 39	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	CARRO PARA INSTRUMENTOS	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 40	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	MESA DE MAYO	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 41	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 42	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	UNIDAD DE SUCCION	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 43	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	LARINGOSCOPIO	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 44	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	ATRIL	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 45	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	CARRO DE EMERGENCIA	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 46	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	DESFIBRILADOR	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 47	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 48	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	NEGATOSCOPIO	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 49	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	BALDE SOBRE RODOS	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 50	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	ESTERILIZADOR DE AGUA POR UV	1	×	×	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 51	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	CAMILLA DE TRANSPORTE	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 52	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	CARRO DE ANESTESISTA	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 53	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	BANCO DE ANESTESISTA	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 54	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	MESAS DE ACERO INOX. PARA INSTRUMENTOS	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
4 - 55	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	BACINETE RESUCITADOR NEONATAL	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 56	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA	10	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 57	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	10	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 58	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	PORTA PAILAS SENCILLO	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 59	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	BASUREROS DE ACERO INOX.	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 60	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	BANCOS GIRATORIOS	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 61	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 62	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	BOMBA DE INFUSION	2	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 63	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	MANOMETRO DE OXIGENO	1	○	×	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 64	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO (SEPTICO)	BANCO DE PIE DE 1 PELDANO	1	×	○	○	○	○	×	×	No esta planificado sala de operación para contagiosos	—		
4 - 65	QUIROFANO	BODEGA DE EQUIPOS	ESTANTE METALICO DE 4 ESPACIONS	2	○	○	○	○	○	○	○	Planificado para el almacenamiento de equipos médicos	2	149	H - 4 - 6 - 1
4 - 66	QUIROFANO	BODEGA DE EQUIPOS	TANQUE DE OXIGENO	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido al suministro de oxígeno por tubería central	—		
4 - 67	QUIROFANO	BODEGA DE EQUIPOS	MANOMETRO DE OXIGENO	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido al suministro de oxígeno por tubería central	—		
4 - 68	QUIROFANO	BODEGA DE EQUIPOS	CARRETILLAS PARA TANQUES O2	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido al suministro de oxígeno por tubería central	—		
4 - 69	QUIROFANO	RECUPERACION	CAMILLA DE TRANSPORTE	2	○	×	○	○	○	×	×	Suficiente con el uso de las cama de recuperacion	—		
4 - 70	QUIROFANO	RECUPERACION	OXIMETRO DE PULSO	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada mesa de operación	2	108	H - 4 - 2 - 2
4 - 71	QUIROFANO	RECUPERACION	RESUCITADOR AUTOMATICO	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad para uso comun dentro del departamento de quiroó fano partos	1	65	H - 4 - 2 - 3
4 - 72	QUIROFANO	RECUPERACION	CAMA DE RECUPERACION	4	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por cada sala de partos	2	153	H - 4 - 2 - 1
4 - 73	QUIROFANO	ESTACION DE ENFERMERIA	SILLA ENFERMERIA	4	○	○	○	○	○	○	○	Para enfermeras	4	15	H - 4 - 3 - 1
4 - 74	QUIROFANO	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTETOSCOPIOS	2	○	○	○	○	○	○	○		2	94	H - 4 - 3 - 2
4 - 75	QUIROFANO	ESTACION DE ENFERMERIA	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	31	H - 4 - 3 - 3
4 - 76	QUIROFANO	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO PORTAEXPEDIENTES	2	○	○	○	○	○	○	○		2	27	H - 4 - 3 - 4
4 - 77	QUIROFANO	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO DE EMERGENCIA	1	○	×	○	○	○	×	×	Planificado para quirófano partos	—		
4 - 78	QUIROFANO	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTANTE DE MEDICINA	1	○	○	○	○	○	○	○		1	137	H - 4 - 3 - 5
4 - 79	QUIROFANO	VESTIDOR	CARRO DE ROPA LIMPIA	2	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
4 - 80	QUIROFANO	VESTIDOR	CARRO DE ROPA SUCIA	2	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
4 - 81	QUIROFANO	VESTIDOR	ESTANTES PARA ROPA	2	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
4 - 82	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS	ASPIRADOR DE SECRECIONES	1	○	○	○	○	○	○	○		1	35	H - 4 - 4 - 1
4 - 83	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS	BACINETE RESUCITADOR NEONATAL	1	○	○	○	○	○	○	○		1	80	H - 4 - 4 - 2

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
4 - 84	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS	BALANZA PARA RECIEN-NACDOS	1	○	○	○	○	○	○	○		1	81	H - 4 - 4 - 3
4 - 85	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS	CARRO DE UTILERIA	1	○	○	○	○	○	○	○		1	30	H - 4 - 4 - 4
4 - 86	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	○	○	○	○	○	○	○		1	11	H - 4 - 4 - 5
4 - 87	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	ASPIRADOR DE SECRECIONES	1	○	○	○	○	○	△	×	Planificado en puerperio septico de quirófanos	—		
4 - 88	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	BACINETE RESUCITADOR NEONATAL	1	○	○	○	○	○	△	×	Planificado en puerperio septico de quirófanos	—		
4 - 89	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	BALANZA PARA RECIEN-NACDOS	1	○	○	○	○	○	△	×	Planificado en puerperio septico de quirófanos	—		
4 - 90	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	CARRO DE UTILERIA	1	○	○	○	○	○	△	×	Planificado en puerperio septico de quirófanos	—		
4 - 91	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	○	○	○	○	○	△	×	Planificado en puerperio septico de quirófanos	—		
	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	CAMA HOSPITALARIA		○	○	○	○	○	○	○	Para uso como cama de puerperio y pacientes contagiosos en labor	1	124	H - 4 - 5 - 1
	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	ASPIRADOR DE SECRECIONES		○	○	○	○	○	○	○	Para pacientes contagiosos	1	35	H - 4 - 5 - 2
	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	BACINETE RESUCITADOR NEONATAL		○	○	○	○	○	○	○	Para pacientes contagiosos	1	80	H - 4 - 5 - 3
	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	BALANZA PARA RECIEN-NACDOS		○	○	○	○	○	○	○	Para pacientes contagiosos	1	81	H - 4 - 5 - 4
	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	CARRO DE UTILERIA		○	○	○	○	○	○	○	Para pacientes contagiosos	1	30	H - 4 - 5 - 5
	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	JUEGO DE AMBU NEONATAL		○	○	○	○	○	○	○	Para pacientes contagiosos	1	11	H - 4 - 5 - 6
5 - 1	NEONATOS	PREMATUROS	INCUBADORA	4	○	○	○	○	○	○	○	Ajuste de la cantidad según las funciones clínicas	4	128	H - 5 - 1 - 1
5 - 2	NEONATOS	PREMATUROS	MONITOR NEONATAL	2	○	×	○	○	○	×	×	En caso de que el monitor neonatal sea necesario se llevara a UCIN	—		
5 - 3	NEONATOS	PREMATUROS	BACINETE RESUCITADOR NEONATAL	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada sala de prematuros, comun	1	80	H - 5 - 1 - 2
5 - 4	NEONATOS	PREMATUROS	UNIDAD DE FOTOTERAPIA	2	○	○	○	○	○	○	○	2 unidades por cada 4 incubadoras	2	53	H - 5 - 1 - 3
5 - 5	NEONATOS	PREMATUROS	NUBULIZADOR ULTRASONICO	2	○	○	○	○	○	○	○	2 unidades por cada 4 incubadoras	2	91	H - 5 - 1 - 4
5 - 6	NEONATOS	PREMATUROS	ASPIRADOR DE SECRECIONES	1	○	○	○	○	○	○	○		1	35	H - 5 - 1 - 5
5 - 7	NEONATOS	PREMATUROS	BOMBA DE JERINGA	4	○	○	○	○	○	○	○	4 unidades por cada 4 incubadoras	4	70	H - 5 - 1 - 6
5 - 8	NEONATOS	PREMATUROS	BASURERO CON PEDAL	4	○	○	○	○	○	○	○		4	23	H - 5 - 1 - 7
5 - 9	NEONATOS	PREMATUROS	RINONERA DE PUS	8	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada incubadora	4	106	H - 5 - 1 - 8
5 - 10	NEONATOS	PREMATUROS	CARRO DE CURACIONES	1	○	○	○	○	○	○	○		1	103	H - 5 - 1 - 9
5 - 11	NEONATOS	PREMATUROS	JUEGO DE RESUCITACION NEONATAL	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada sala de prematuros	1	11	H - 5 - 1 - 10
5 - 12	NEONATOS	PREMATUROS	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	2	○	○	○	○	○	○	○		2	43	H - 5 - 1 - 11
5 - 13	NEONATOS	PREMATUROS	EQUIPO DE DAIAGNOSTICO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	47	H - 5 - 1 - 12
5 - 14	NEONATOS	PREMATUROS	REFRIGERADOR	1	○	○	○	○	○	○	○	De uso médico	1	139	H - 5 - 1 - 13
5 - 15	NEONATOS	PREMATUROS	BOMBA DE INFUSION	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada incubadora	4	138	H - 5 - 1 - 14

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
5 - 16	NEONATOS	PREMATUROS	NEGATOSCOPIO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	66	H - 5 - 1 - 15
5 - 17	NEONATOS	PREMATUROS	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido a que está planificado en la estación de enfermería	—		
5 - 18	NEONATOS	PREMATUROS	REGULADOR DE OXIGENO CON HUMECTADOR	2	○	○	○	○	○	○	○	2 unidades por cada 4 incubadoras	2	64	H - 5 - 1 - 16
5 - 19	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	INCUBADORA	1	○	○	○	○	○	○	○	Ajuste de la cantidad según las funciones clínicas	1	128	H - 5 - 2 - 1
5 - 20	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	MONITOR NEONATAL	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada incubadora	2	79	H - 5 - 2 - 2
5 - 21	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	MONITOR DE GASES TRANSCUTANEO	1	○	△	○	○	×	○	○	Requiere de gran cantidad de gastos. Planificado oximetro de pulso como substituto	1	108	H - 5 - 2 - 4
5 - 22	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	BACINETE RESUCITADOR NEONATAL	1	○	○	○	○	○	○	○	Por cada UCIN (séptico) 1 unidad, común	1	80	H - 5 - 2 - 3
5 - 23	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	VENTILADOR, RECIEN NACIDOS	1	×	×	○	○	○	×	×	Inadecuado para las funciones clinicas	—		
5 - 24	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	UNIDAD DE FOTOTERAPIA	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada 2 incubadoras y 2 bacinetes	1	53	H - 5 - 2 - 5
5 - 25	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	ANALIZADOR DE OXIGENO	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada 2 bacinetes	1	71	H - 5 - 2 - 6
5 - 26	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	NUBULIZADOR ULTRASONICO	2	○	○	○	○	○	○	○	2 uidades por cada 2 incubadoras y 2 bacinetes	2	91	H - 5 - 2 - 7
5 - 27	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	ASPIRADOR DE SECRECIONES	1	○	○	○	○	○	○	○	Por cada UCIN (séptico) 1 unidad, común	1	35	H - 5 - 2 - 8
5 - 28	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	BOMBA DE JERINGA	2	○	○	○	○	○	○	○	2 uidades por cada 2 incubadoras y 2 bacinetes	2	70	H - 5 - 2 - 9
5 - 29	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	BASURERO CON PEDAL	3	○	○	○	○	○	△	○	Ajuste de la cantidad según la cantidad de incubadoras y bacinetes	4	23	H - 5 - 2 - 10
5 - 30	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	RINONERA DE PUS	6	○	○	○	○	○	△	○	1 juego para incubadora y bacinete respectivamente	4	106	H - 5 - 2 - 11
5 - 31	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	CARRO DE CURACIONES	1	○	○	○	○	○	△	○	2 uidades por cada 2 incubadoras y 2 bacinetes	2	103	H - 5 - 2 - 12
5 - 32	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	BACINETE	2	○	○	○	○	○	○	○	Ajuste de la cantidad según las funciones clínicas	2	55	H - 5 - 2 - 13
5 - 33	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	JUEGO DE RESUCITACION NEONATAL	1	○	○	○	○	○	○	○	Por cada UCIN (séptico) 1 unidad, común	1	11	H - 5 - 2 - 14
5 - 34	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	2	○	○	○	○	○	○	○		2	43	H - 5 - 2 - 15
5 - 35	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	EQUIPO DE DAIAGNOSTICO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	47	H - 5 - 2 - 16
5 - 36	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	REFRIGERADOR	1	○	○	○	○	○	○	○	De uso médico	1	139	H - 5 - 2 - 17
5 - 37	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	BOMBA DE INFUSION	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada incubadora	2	138	H - 5 - 2 - 18
5 - 38	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	NEGATOSCOPIO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	66	H - 5 - 2 - 19
5 - 39	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido a que está planificado en la estación de enfermería	—		
5 - 40	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	REGULADOR DE OXIGENO CON HUMECTADOR	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada incubadora	1	64	H - 5 - 2 - 20
5 - 41	NEONATOS	UCIN	INCUBADORA	2	○	○	○	○	○	○	○	Ajuste de la cantidad según las funciones clínicas	2	128	H - 5 - 3 - 1
5 - 42	NEONATOS	UCIN	INCUBADORA DE TRANSPORTE	1	○	○	○	○	○	○	○	Debido al translado a los hospitales superiores, se planificará 1 unidad para toda la sala de neonatología	1	129	H - 5 - 3 - 2
5 - 43	NEONATOS	UCIN	MONITOR NEONATAL	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada incubadora	2	79	H - 5 - 3 - 3
5 - 44	NEONATOS	UCIN	MONITOR DE GASES TRANSCUTANEO	1	○	△	○	○	×	○	○	Requiere de gran cantidad de gastos. Planificado oximetro de pulso como substituto	1	108	H - 5 - 3 - 5

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
5 - 45	NEONATOS	UCIN	BACINETE RESUCITADOR NEONATAL	1	○	○	○	○	○	○	○	Por cada UCIN 1 unidad, común	1	80	H - 5 - 3 - 4
5 - 46	NEONATOS	UCIN	VENTILADOR, RECIEN NACIDOS	1	×	×	○	○	○	×	×	Inadecuado para las funciones clinicas	—		
5 - 47	NEONATOS	UCIN	UNIDAD DE FOTOTERAPIA	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada 2 incubadoras y 1 bacinete	1	53	H - 5 - 3 - 6
5 - 48	NEONATOS	UCIN	ANALIZADOR DE OXIGENO	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada 2 bacinetes	1	71	H - 5 - 3 - 7
5 - 49	NEONATOS	UCIN	NUBULIZADOR ULTRASONICO	2	○	○	○	○	○	○	○	2 unidades por cada 2 incubadoras y 1 bacinete	2	91	H - 5 - 3 - 8
5 - 50	NEONATOS	UCIN	ASPIRADOR DE SECRECIONES	1	○	○	○	○	○	○	○	Por cada UCIN (séptico) 1 unidad, común	1	35	H - 5 - 3 - 9
5 - 51	NEONATOS	UCIN	BOMBA DE JERINGA	2	○	○	○	○	○	○	○	2 unidades por cada 2 incubadoras y 1 bacinete	2	70	H - 5 - 3 - 10
5 - 52	NEONATOS	UCIN	BASURERO CON PEDAL	3	○	○	○	○	○	○	○	Ajuste de la cantidad según la cantidad de incubadoras y bacinetes	3	23	H - 5 - 3 - 11
5 - 53	NEONATOS	UCIN	RINONERA DE PUS	6	○	○	○	○	○	○	○	1 juego para incubadora y bacinete respectivamente	3	106	H - 5 - 3 - 12
5 - 54	NEONATOS	UCIN	CARRO DE CURACIONES	1	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada 2 incubadoras y 1 bacinete	1	103	H - 5 - 3 - 13
5 - 55	NEONATOS	UCIN	BACINETE	1	○	○	○	○	○	○	○	Ajuste de la cantidad según las funciones clínicas	1	55	H - 5 - 3 - 14
5 - 56	NEONATOS	UCIN	JUEGO DE RESUCITACION NEONATAL	1	○	○	○	○	○	○	○	Por cada UCIN 1 unidad, común	1	11	H - 5 - 3 - 15
5 - 57	NEONATOS	UCIN	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	2	○	○	○	○	○	○	○		2	43	H - 5 - 3 - 16
5 - 58	NEONATOS	UCIN	EQUIPO DE DAIAGNOSTICO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	47	H - 5 - 3 - 17
5 - 59	NEONATOS	UCIN	REFRIGERADOR	1	○	○	○	○	○	○	○	De uso médico	1	139	H - 5 - 3 - 18
5 - 60	NEONATOS	UCIN	BOMBA DE INFUSION	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada incubadora	2	138	H - 5 - 3 - 19
5 - 61	NEONATOS	UCIN	NEGATOSCOPIO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	66	H - 5 - 3 - 20
5 - 62	NEONATOS	UCIN	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido a que está planificado en la estación de enfermería	—		
5 - 63	NEONATOS	UCIN	REGULADOR DE OXIGENO CON HUMECTADOR	2	○	○	○	○	○	○	○	1 unidad por cada incubadora	2	64	H - 5 - 3 - 21
5 - 64	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	SILLA ENFERMERIA	4	○	○	○	○	○	△	○	Por cada estación de enfermería 2 unidades	6	15	H - 5 - 4 - 1
5 - 65	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTETOSCOPIOS	2	○	○	○	○	○	△	○	Por cada estación de enfermería 2 unidades	6	93	H - 5 - 4 - 2
5 - 66	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	1	○	○	○	○	○	△	○	Por cada estación de enfermería 1 unidad	3	31	H - 5 - 4 - 3
5 - 67	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO PORTAEXPEDIENTES	2	○	○	○	○	○	△	○	Por cada estación de enfermería 1 unidad	3	27	H - 5 - 4 - 4
5 - 68	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO DE EMERGENCIA	1	○	○	○	○	○	△	○	1 unidad por cada 3 estaciones de enfermería	1	37	H - 5 - 4 - 5
5 - 69	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTANTE DE MEDICINA	1	○	○	○	○	○	△	○	Por cada estación de enfermería 1 unidad	3	137	H - 5 - 4 - 6
5 - 70	NEONATOS	VESTUARIO	CARRO DE ROPA LIMPIA	2	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
5 - 71	NEONATOS	VESTUARIO	CARRO DE ROPA SUCIA	2	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
5 - 72	NEONATOS	VESTUARIO	ESTANTES PARA ROPA	2	○	×	○	○	○	×	×	Mueble de tipo general	—		
5 - 73	NEONATOS	LENCERIA	ESTANTE METALICO DE 4 ESPACIONS	2	○	×	○	○	○	×	×	No se incluyen muebles de tipo general	—		

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
5 - 74	NEONATOS	BODEGA DE EQUIPOS	ESTANTE METALICO DE 4 ESPACIONS	2	○	○	○	○	○	○	○	Planificado para el almacenamiento de equipos médicos	2	149	H - 5 - 5 - 1
5 - 75	NEONATOS	BODEGA DE EQUIPOS	TANQUE DE OXIGENO	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido al suministro de oxígeno por tubería central	—		
5 - 76	NEONATOS	BODEGA DE EQUIPOS	MANOMETRO DE OXIGENO	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido al suministro de oxígeno por tubería central	—		
5 - 77	NEONATOS	BODEGA DE EQUIPOS	CARRETILLAS PARA TANQUES O2	1	○	×	○	○	○	×	×	Innecesario debido al suministro de oxígeno por tubería central	—		
6 - 1	LABORATORIO	LABORATORIO MICROBIOLOGICO	INCUBADORA DE LABORATORIO	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para el cultivo de especímenes	1	117	H - 6 - 1 - 1
6 - 2	LABORATORIO	LABORATORIO MICROBIOLOGICO	REFRIGERADOR MEDICO	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para el almacenamiento refrigerado de reactivos y especímenes	1	139	H - 6 - 1 - 2
6 - 3	LABORATORIO	LABORATORIO MICROBIOLOGICO	JUEGO DE MICROPIPETAS	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para muestras mínimas de especimenes	1	130	H - 6 - 1 - 3
6 - 4	LABORATORIO	LABORATORIO MICROBIOLOGICO	CONTADOR DE CELULAS MANUAL	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para el conteo de los glóbulos blancos y estimaciones de enfermedades referidas a leuucocitos y enfermedades contagiosas	1	45	H - 6 - 1 - 4
6 - 5	LABORATORIO	LABORATORIO MICROBIOLOGICO	CONTADOR DE COLONIAS	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para el conteo de colonias de bacterias	1	58	H - 6 - 1 - 5
6 - 6	LABORATORIO	LABORATORIO MICROBIOLOGICO	MICROSCOPIO BINOCULAR	2	○	○	○	○	○	△	○	Cantidad mínima 1 unidad, necesaria para examenes de tipo de sangre, sifilis y enfermedades contagiosas	1	85	H - 6 - 1 - 6
6 - 7	LABORATORIO	LABORATORIO MICROBIOLOGICO	SISTEMA DE ELIZA	1	×	×	○	○	×	×	×	Para examenes basados en obstetrícia está por encima. Es necesario gran cantidad de reactivos	—		
6 - 8	LABORATORIO	LABORATORIO MICROBIOLOGICO	BALANZA ELECTRONICA	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesarios para medir con exactitud las cantidades de las muestras	1	99	H - 6 - 1 - 7
6 - 9	LABORATORIO	LABORATORIO HEMATOLOGICO	HEMOGLOBINOMETRO	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para los examenes de falencia sanguinea	1	127	H - 6 - 2 - 1
6 - 10	LABORATORIO	LABORATORIO HEMATOLOGICO	MEZCLADOR DE PLACAS DE VDRL	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para el examen de sífilis y otra enfermedades venereas	1	3	H - 6 - 2 - 2
6 - 11	LABORATORIO	LABORATORIO HEMATOLOGICO	BILIRUBINOMETRO	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para los examenes de ictericia	1	112	H - 6 - 2 - 3
6 - 12	LABORATORIO	LABORATORIO HEMATOLOGICO	CENTRIFUGA DE HEMATOCRITO	1	○	○	○	○	○	○	○	Para medir la cantidad de bilirrubina, centrifugación capilar	1	21	H - 6 - 2 - 4
6 - 13	LABORATORIO	LABORATORIO HEMATOLOGICO	MICROSCOPIO BINOCULAR	2	○	○	○	○	○	△	○	Cantidad mínima 1 unidad, necesaria para el conteo y observación de los globulos sanguineos	1	85	H - 6 - 2 - 5
6 - 14	LABORATORIO	LABORATORIO HEMATOLOGICO	CENTRIFUGA DE SOBREMESA	2	○	○	○	○	○	△	○	Necesario para separar de la sangre los globulos sanguineos y suero	1	20	H - 6 - 2 - 6
6 - 15	LABORATORIO	LABORATORIO HEMATOLOGICO	REFRIGERADOR MEDICO	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para el almacenamiento congelado de reactivos y especímenes	1	142	H - 6 - 2 - 7
6 - 16	LABORATORIO	LABORATORIO HEMATOLOGICO	ANALIZADOR AUTOMATICO HEMATOLOGICO	1	△	×	○	○	×	×	×	Para examenes basados en obstetrícia está por encima. Es necesario gran cantidad de reactivos. Se usará el espectrofot	—		
6 - 17	LABORATORIO	LABORATORIO HEMATOLOGICO	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	1	○	○	○	○	○	○	○	Necesario para el almacenamiento de especímenes y sangre	1	141	H - 6 - 2 - 8
6 - 18	LABORATORIO	LABORATORIO HEMATOLOGICO	BALANZA	1	×	×	○	○	○	×	×	No es necesario uno de tamaño grande	—		
6 - 19	LABORATORIO	LABORATORIO BIOQUIMICO	LAVADOR DE MICROPLACA	1	○	×	○	○	○	×	×	Debido a que la cantidad de examenes es poca el lavado se efectuará a mano	—		
6 - 20	LABORATORIO	LABORATORIO BIOQUIMICO	MICROSCOPIO BINOCULAR	2	○	×	○	○	○	×	×	Sin ajustar la planificación a uso bioquimico clinico, se suministrara otro microcopio binocular	—		
6 - 21	LABORATORIO	LABORATORIO BIOQUIMICO	ANALIZADOR BIOQUIMICO	1	×	×	○	○	×	×	×	Para examenes basados en obstetrícia está por encima. Es necesario gran cantidad de reactivos	—		
6 - 22	LABORATORIO	LABORATORIO BIOQUIMICO	ANALIZADOR DE ELECTROLITOS	1	×	×	○	○	×	×	×	Es necesario gran cantidad de reactivos	—		
6 - 23	LABORATORIO	LABORATORIO BIOQUIMICO	ANALIZADOR DE GASES SANGUINEOS	1	×	×	○	○	×	×	×	Es necesario gran cantidad de reactivos. Se cubrira con el hospital existente	—		
6 - 24	LABORATORIO	LABORATORIO BIOQUIMICO	ANALIZADOR DE ORINA	1	×	○	○	○	○	×	×	El examen de las proteinas en la orina se llevará en forma manual	—		
6 - 25	LABORATORIO	LABORATORIO BIOQUIMICO	BALANZA ELECTRONICA	1	○	×	○	○	○	×	×	Por estar incluido en el laboratorio microbiológico fué eliminado	—		

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ANEXO-1

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
6 - 26	LABORATORIO	LABORATORIO BIOQUIMICO	REFRIGERADOR MEDICO	1	○	×	○	○	○	×	×	Se suministrará otro equipo debido a repetición	—		
6 - 27	LABORATORIO	LABORATORIO BIOQUIMICO	REFRIGERADOR FAUMCEUTICO	1	○	×	○	○	○	×	×	Se suministrará otro equipo debido a repetición	—		
6 - 28	LABORATORIO	LABORATORIO BIOQUIMICO	ESPECTOFOTOMETRO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	118	H - 6 - 3 - 1
6 - 29	LABORATORIO	LABORATORIO GENERAL	JUEGO DE ARTICULOS DE VIDRIO	2	○	○	○	○	○	△	○	Posterior a la clarificación de las necesidades se decidió 1 juego	1	25	H - 6 - 4 - 1
6 - 30	LABORATORIO	LABORATORIO GENERAL	CRONOMETRO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	89	H - 6 - 4 - 2
6 - 31	LABORATORIO	LABORATORIO GENERAL	DESTILADOR DE AGUA	1	○	×	○	○	○	×	×	No es necesario	—		
6 - 32	LABORATORIO	LABORATORIO GENERAL	AGITADOR ELECTRICO DE PIPETAS	2	○	○	○	○	○	△	○	Cantidad mínima de 1	1	46	H - 6 - 4 - 3
6 - 33	LABORATORIO	LABORATORIO GENERAL	BANO MARIA	2	○	○	○	○	○	△	○	Cantidad mínima de 1	1	51	H - 6 - 4 - 4
6 - 34	LABORATORIO	LABORATORIO GENERAL	HORNO SECADORA	1	○	○	○	○	○	○	○		1	105	H - 6 - 4 - 5
6 - 35	LABORATORIO	LABORATORIO GENERAL	AGITADOR MAGNETICO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	131	H - 6 - 4 - 6
6 - 36	LABORATORIO	LABORATORIO GENERAL	PH METRO	1	○	○	○	○	○	○	○		1	2	H - 6 - 4 - 7
6 - 37	LABORATORIO	LABORATORIO GENERAL	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	4	○	○	○	○	○	△	○	Para el almacenamiento de los instrumentos de laboratorio	1	31	H - 6 - 4 - 8
6 - 38	LABORATORIO	LABORATORIO GENERAL	AUTOCLAVE VERTICAL	2	△	○	○	○	○	△	○	Cantidad 1, tipo tequeño de mesa	1	50	H - 6 - 4 - 9
	LABORATORIO	LABORATORIO GENERAL	BANCO DE LABORATORIO		○	○	○	○	○	○	○	Planificado como silla para laboratorio	4	17	H - 6 - 4 - 10
6 - 39	LABORATORIO	LABORATORIO, TOMA DE MUESTRA	CAMA PARA DONADOR	2	○	×	○	○	○	×	×	Las tomas de muestras de sangre se llevarán a cado en las salas de consultorio de obstetricia	—		
6 - 40	LABORATORIO	LABORATORIO, TOMA DE MUESTRA	JUEGO DE DIAGNOSIS	4	○	×	○	○	○	×	×	Las tomas de muestras de sangre se llevarán a cado en las salas de consultorio de obstetricia	—		
6 - 41	LABORATORIO	LABORATORIO, TOMA DE MUESTRA	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	1	○	×	○	○	○	×	×	Las tomas de muestras de sangre se llevarán a cado en las salas de consultorio de obstetricia	—		
6 - 42	LABORATORIO	LABORATORIO, TOMA DE MUESTRA	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS	2	○	×	○	○	○	×	×	Las tomas de muestras de sangre se llevarán a cado en las salas de consultorio de obstetricia	—		
7 - 1	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	EQUIPO DE RAYOS X GENERAL	1	○	○	○	○	○	○	○		1	5	H - 7 - 1 - 1
7 - 2	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	1	○	○	○	○	○	○	○	Para las actividades del departamento de neonatos	1	6	H - 7 - 1 - 2
7 - 3	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	NEGATOSCOPIO	2	○	○	○	○	○	○	○		2	66	H - 7 - 1 - 3
7 - 4	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	JUEGO DE PROTECCION CONTRA RAYOS X	4	○	○	○	○	○	△	○		2	4	H - 7 - 1 - 4
7 - 5	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	JUEGO DE CASETTE PARA RAYOS X	2	○	○	○	○	○	○	○		2	7	H - 7 - 1 - 5
	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	JUEGO DE GANCHO DE PLACA		○	○	○	○	○	○	○	Necesario para el secado de películas, de revelado manual	6	9	H - 7 - 1 - 6
7 - 6	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	REVELACION	ARMARIO PARA PLACA DE RAYOS X	1	○	○	○	○	○	○	○	Para almacenamiento de películas	1	10	H - 7 - 2 - 1
7 - 7	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	REVELACION	PROCESADOR AUTOMATICO DE PELICULAS	1	△	○	○	○	○	○	○	Tanque de revelado manual	1	8	H - 7 - 2 - 2
7 - 8	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	REVELACION	IDENTIFICADOR DE PLACAS	1	○	○	○	○	○	○	○		1	104	H - 7 - 2 - 3
8 - 1	SUMINISTRO	FARMACIA	ESTANTE DE MEDICINA	2	○	○	○	○	○	○	○		2	137	H - 8 - 1 - 1
8 - 2	SUMINISTRO	FARMACIA	ESTANTE METALICO DE 4 ESPACIONS	4	○	○	○	○	○	△	○	Planificado para el almacenamiento de equipos médicos	2	149	H - 8 - 1 - 2

ANEXO-1

EVALUACION DE EQUIPOS SOLICITADOS

ITEM No MEMORANDUM	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO	NECESIDAD	NIVEL TECNICO	REGIMEN DE MANTENIMIENTO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	DESICION	NOTA	CANTIDAD	ITEM NO	LOCALIZACION
8 - 3	SUMINISTRO	BODEGA DE MEDICAMENTOS	ESTANTE DE MEDICINA	1	○	○	○	○	○	△	○		2	137	H - 8 - 2 - 1
8 - 4	SUMINISTRO	BODEGA DE MEDICAMENTOS	ESTANTE METALICO DE 4 ESPACIONS	4	○	○	○	○	○	△	○	Planificado para el almacenamiento de equipos médicos	2	149	H - 8 - 2 - 2
8 - 5	SUMINISTRO	MATERIALES DE ESTERILIZACION	AUTOCLAVE	3	○	○	○	○	○	△	○	Incluye generador de vapor y ablandador, ajuste de cantidad según volumen a esterilizar	2	48	H - 8 - 3 - 1
8 - 6	SUMINISTRO	MATERIALES DE ESTERILIZACION	CESTA PARA MATERIAL ESTERIL	12	○	○	○	○	○	○	○	2 juegos en cada área	12	136	H - 8 - 3 - 2
8 - 7	SUMINISTRO	MATERIALES DE ESTERILIZACION	CARRO DE ESTERILIZACION	4	○	○	○	○	○	△	○	1 juego en cada área	6	26	H - 8 - 3 - 3
8 - 8	SUMINISTRO	MATERIALES DE ESTERILIZACION	MESA DE ACERO INOX.	1	○	○	○	○	○	△	○	Para separación de los esterilizados	2	84	H - 8 - 3 - 4
	SUMINISTRO	MATERIALES DE ESTERILIZACION			○	○	○	○	○	○	○	Planificado para el almacenamiento de equipos médicos	4	149	H - 8 - 3 - 5
8 - 9	SUMINISTRO	BODEGA DE MATERIALES ESTERILIZACION	ESTANTE METALICO DE 4 ESPACIONS	6	○	○	○	○	○	△	○	Planificado para el almacenamiento de equipos médicos	4	149	H - 8 - 4 - 2
8 - 10	SUMINISTRO	BODEGA DE MATERIALES ESTERILIZACION	ARMARIO DE ACERO INOXIBLE CON PUERTA DE VIDRIO	3	○	○	○	○	○	△	○		2	31	H - 8 - 4 - 1
9 - 1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	JUEGO DE HERRAMIENTAS	1	○	○	○	○	○	○	○	Herramientas básicas para el mantenimietno de los equipos médicos	1	52	H - 9 - 1 - 1
10 - 1	VARIOS	VARIOS	AMBULANCIA	1	△	○	○	○	○	○	○	Vehiculo para transporte de pacientes	1	29	H - 10 - 1 - 1
10 - 2	VARIOS	VARIOS	PICK UP	1	○	×	○	○	○	×	×	Para las actividades durante el uso del vehículo para transporte de pacientes	—		
10 - 3	VARIOS	VARIOS	COMPUTADORAS PERSONALES	1	○	○	○	○	○	○	○	Para uso de automatización de los datos de mantenimiento administrativo de los equipos méicos	1	59	H -11 - 1 - 1
10 - 4	VARIOS	VARIOS	SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	1	○	○	○	○	○	○	○		1	134	H -11 - 1 - 2
	ADMINISTRACION	ARCHIVO	ARCHIVADOR DE HISTORIAS		○	○	○	○	○	○	○	Planificado para el almacenamiento de historias médicas	22	150	H -11 - 2 - 1
	BODEGA	BODEGA CENTRAL	ESTANTE METALICO		○	○	○	○	○	○	○	Planificado para el almacenamiento de equipos médicos	9	149	H -12 - 1 - 1

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS

ANEXO-2

ITEM No	DESCRIPCION	PRINCIPALES ESPECIFICACIONES O COMPOSICION	NIVEL DEL EQUIPO	CANTIDAD (FASE1)	(FASE2)	TOTAL	FINALIDAD DE USO ADECUACION DE NIVEL DE LOS EQUIPOS
5	EQUIPO DE RAYOS X GENERAL	1. Mesa:Plana Mayor a 210X80cm 2. Base de tubo:Tipo de piso 3. Generador de rayos X:Mayor a 30kW	MODELO NIVEL MEDIO	1	0	1	Para el uso de tomas radiográficas, diagnó stico de la existencia de enfermedades tuberculosas en las embarazadas y enfermedades de los recien nacidos
6	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	1. Tipo de generador:Tipo invertidor 2. Rango kV:Mayor a 125kV 3. Salida máxima:Mayor a 18kW	MODELO NIVEL MEDIO	1	2	3	Para uso de tomas radiográficas a las embarazadas y recien nacidos con problemas de desplazamiento y pacientes de emergencia
28	MONITOR DE PACIENTE	1. Parámetros de medición:ECG, Respiración, SpO2, NIBP, temperatura 2. Rango de medición delatidos:Mayor a 30-250bps 3. Rango de respiración:Mayor a 4-120resp/min	MODELO NIVEL MEDIO	2	0	2	Para el uso en el moitoreo de las funciones vitales de las embarazadas al momento de operaciones de cesarea, ya sean de anestesia general o local
29	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	1. 2WD, tipo furgoneta 2. Manual 5 velocidades 3. Capacidad:Más de 5 personas 4. Desplazamiento:Más 2000cc 5. Diesel	MODELO NIVEL MEDIO	1	2	3	Para uso en el translado de las embarazadas y recien nacidos que estimen necesario el tratamiento en instituciones médicas superiores
38	EQUIPO ASA DIATERMICA	1. Para gineco'obstetricia, con electrodo LEEP 2. Corte:Más de 250W 3. Coagulación:Más de120W 4. Mezcla:Más de 150W	MODELO NIVEL MEDIO	1	0	1	Para el uso en tratamiento de la vagina y aparato genital externo de erosiones, condiloma y otros cuerpos extraños
48	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE ALTA PRESION GRANDE	1. De una puerta 2. Temperatura de estrilización:Mayor a 121~132℃ 3. Capacidad:Mayor a 200 litros 4. Con generador de vapor 5. Con ablandado de agua	MODELO NIVEL MEDIO	2	0	2	Para el uso en la esterilización del instrumental, batas de operación, lencería y otros en el hospital
49	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE ALTA PRESION MEDIANO	1. De una puerta 2. Temperatura de esterilización:Mayor a 121~132℃ 3. Capacidad:Mayor a 60 litros 4. Con generador de vapor 5. Con ablandado de agua	MODELO NIVEL MEDIO	0	2	2	Para el uso en la esterilización del instrumental, batas de operación, lencería y otros en los clipper
57	COLPOSCOPIO CON MONITOR Y CAMARA	1. Tipo de base de suelo 2. Amplificación:Mayor a x7~x20 3. Distancia de movimiento:200~250mm 4. Monitor:14 pulgadas, color	MODELO NIVEL MEDIO	1	0	1	Para la observación y reconocimiento de enfermedades vaginales y la busqueda pronta de cancer vaginal
67	MESA DE OPERACIONES	1. Con mesa auxil., recep. de piernas y receptor de desechos 2. Tipo de movimiento Altura:Pedal hidráulico Inclinac.:De palanca manual 3. Dimensiones de mesa:190Lx50W cm 4. Rango de altura:77~98cm 5. Con rodos fijos y libres	MODELO NIVEL MEDIO	2	0	2	Para la ubicación del paciente en posición m ás comoda al momento de la operación en operaciones de cesarea
69	DESFIBRILADOR	1. Energía de salida:5~360J 2. Tiempo de recarga:360J,menor a 10seg. 3. Detección ECG:De 3 electrodos	MODELO NIVEL MEDIO	2	2	4	Para los casos de paro cardíaco y fibrilació n, que mediante choques eléctricos permitan devolver las funciones vitales del ritmo cardíaco
87	MONITOR FETAL	1. Parámetro de medición:Latido fetal gemelos y actividad uterina 2. Método de medicón: 1)Latidos:Doppler ultrasónico 2)Actividad uterina:Mediante medición externa 3. Rango de medición de latidos:Mayor a 50-210bpm	MODELO NIVEL ALTO	4	0	4	Al comienzo de los dolores de parto, para la observción de los latidos fetales y la evolución de los dolores de parto

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS

ANEXO-2

ITEM No	DESCRIPCION	PRINCIPALES ESPECIFICACIONES O COMPOSICION	NIVEL DEL EQUIPO	CANTIDAD (FASE1)	CANTIDAD (FASE2)	CANTIDAD TOTAL	FINALIDAD DE USO ADECUACION DE NIVEL DE LOS EQUIPOS
90	EQUIPO DE ULTRASONIDO	1. Sonda:Transvaginal, convexo 2. No de conect. de sonda:1 3. Tamaño de pantalla:Mayor a 7 pulgadas	MODELO NIVEL MEDIO	1	0	1	Para la observación de la evolució del feto en obstetricia, en ginecología para la busqueda de tumores en los ovarios
96	JUEGO INSTRUMENTAL PARA CESAREA	1. Material:De acero inoxidable 2. Composición:33 items 3. Con caja	MODELO NIVEL MEDIO	8	0	8	Juego instrumental para las operaciones de cesarea
97	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	1. Monopolar y bipolar 2. Corte:Mayor a 250W 3. Coagulación:Mayor a 120W 4. Coagulaciuón bipolar:mayor a 18W	MODELO NIVEL MEDIO	2	0	2	Para la avertura o cortes en la piel, la coagulación y corte de cuerpos extraños
118	ESPECTROFOTOMETRO	1. Con unidad de celdas y control de temperatura 2. Lámpara:Halógeno 3. Anch. de band. de espectr.:Menor a 10nm 4. Impresora:Interno, tipo térmico	MODELO NIVEL MEDIO	1	2	3	Mediante el analisis bioquimico de la sangre, para ver la condición de la salud de la madre en el periodo de embarazo y la existencia de enfermedades en el feto
119	MONITOR DE PARTO	1. Parámetro de medición:Latido fetal gemelos y actividad uterina 2. Método de medicón: 1)Latidos:Doppler ultrasónico 2)Actividad uterina:Mediante medición externa 3. Rango de medición de latidos:Mayor a 50-210bpm	MODELO NIVEL ALTO	3	4	7	Para el momento del parto, para la observaci ón de los latidos fetales y la evolución de los dolores de parto
129	INCUBADORA DE TRANSPORTE	1. Rango de ajuste de temperatura dentro de la cupula:30~36.9℃ 2. Alarma:Alta de temp.,baja de bater. 3. Carro:Altura ajustable, bombona de axigeno adaptable 4. Vent. de acceso:Cabeza 1,laterales 2	MODELO NIVEL MEDIO	1	2	3	Para el translado a las instituciones superiores de los prematuros en condiciones serias
132	MAQUINA DE ANESTESIA CON VENTILADOR	1. Circuito de anestesia:Tipo cerrado 2. Rango de flujo de O2:Mayor a 0.05-10L/m 3. Rango de flujo de N2O:Mayor a 1-10L/m 4. Rango de flujo de aire:Mayor a 1-10L/m 5. Vaporizador:Para halotane y para isofluorane	MODELO NIVEL MEDIO	2	0	2	Para el uso de anestesia general en operaciones de cesarea, casos de empeoramiento de las condición de la madre o la muerte aparente del fetou otra enfermedad, para anestesia de la columna vertebral o anestesia epidural

LISTA DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

ANEXO-3

LOCALIZACION	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM NO.
UNIDAD DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ					
H - 1 - 1 - 1	PABELLON	PUERPERIO	CAMA HOSPITALARIA	52	124
H - 1 - 1 - 2	PABELLON	PUERPERIO	MESITA DE SOBRECAMA	15	22
H - 1 - 1 - 3	PABELLON	PUERPERIO	MESA DE CABECERA	52	125
H - 1 - 1 - 4	PABELLON	PUERPERIO	BACINETE	15	55
H - 1 - 1 - 5	PABELLON	PUERPERIO	ATRIL	26	100
H - 1 - 1 - 6	PABELLON	PUERPERIO	BASURERO CON PEDAL	26	23
H - 1 - 1 - 7	PABELLON	PUERPERIO	CAMILLA DE TRANSPORTE	4	109
H - 1 - 2 - 1	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	CAMA HOSPITALARIA	8	124
H - 1 - 2 - 2	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	MESITA DE SOBRECAMA	3	22
H - 1 - 2 - 3	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	MESA DE CABECERA	8	125
H - 1 - 2 - 4	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	ATRIL	8	100
H - 1 - 2 - 5	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	BASURERO CON PEDAL	8	23
H - 1 - 2 - 6	PABELLON	PUERPERIO SEPARADO (SEPTICO)	CAMILLA DE TRANSPORTE	1	109
H - 1 - 3 - 1	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	SILLA ENFERMERIA	4	15
H - 1 - 3 - 2	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	BOMBA DE INFUSION	4	138
H - 1 - 3 - 3	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	UNIDAD DE SUCCION CONTINUA A BAJA PRESION	4	95
H - 1 - 3 - 4	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	4	44
H - 1 - 3 - 5	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	4	39
H - 1 - 3 - 6	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO PORTAEXPEDIENTES	4	27
H - 1 - 3 - 7	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	4	31
H - 1 - 3 - 8	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTETOSCOPIO PARA ADULTO	4	94
H - 1 - 3 - 9	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO DE EMERGENCIA	2	37
H - 1 - 3 -10	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTANTE DE MEDICINA	2	137
H - 1 - 3 -11	PABELLON	ESTACION DE ENFERMERIA	PATO	15	126
H - 1 - 4 - 1	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	2	77
H - 1 - 4 - 2	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	CARRO DE CURACIONES	2	103
H - 1 - 4 - 3	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	NEGATOSCOPIO	2	66
H - 1 - 4 - 4	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	JUEGO INSTRUMENTAL DE DIAGNOSTICO GINEOLOGICO	2	73
H - 1 - 4 - 5	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	BASURERO CON PEDAL	2	23
H - 1 - 4 - 6	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	2	31
H - 1 - 4 - 7	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	39
H - 1 - 4 - 8	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	2	116
H - 1 - 4 - 9	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	SILLA DE PERSONAL MEDICO	2	13
H - 1 - 4 -10	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	SILLA DE PACIENTES	2	16
H - 1 - 4 -11	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	ESPECULO VAGINAL DE CUSCO (G, M, P)	16	40
H - 1 - 4 -12	PABELLON	REVISION DE PACIENTES	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	2	78
H - 1 - 5 - 1	PABELLON	TRATAMIENTO DE RECIEN-NACIDOS	MESA PARA TRATAMIENTO NEONATAL	2	80
H - 1 - 5 - 2	PABELLON	TRATAMIENTO DE RECIEN-NACIDOS	BASURERO CON PEDAL	2	23
H - 1 - 5 - 3	PABELLON	TRATAMIENTO DE RECIEN-NACIDOS	CARRO DE CURACIONES	2	103
H - 1 - 5 - 4	PABELLON	TRATAMIENTO DE RECIEN-NACIDOS	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	2	35
H - 2 - 1 - 1	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	2	77
H - 2 - 1 - 2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	39
H - 2 - 1 - 3	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	JUEGO DE DIAGNOSTICO GINECOLOGICO	2	74
H - 2 - 1 - 4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	ESPECULO VAGINAL DE CUSCO (G, M, P)	16	40
H - 2 - 1 - 5	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	2	47
H - 2 - 1 - 6	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	2	44
H - 2 - 1 - 7	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	TALLIMETRO Y PESO PARA ADULTO	1	82
H - 2 - 1 - 8	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	PELVIMETRO	1	56
H - 2 - 1 - 9	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	DETECTOR FETAL DOPPLER	1	102
H - 2 - 1 -10	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	NEGATOSCOPIO	2	66
H - 2 - 1 -11	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	2	31
H - 2 - 1 -12	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	SILLA DE RUEDAS	2	42
H - 2 - 1 -13	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	4	115
H - 2 - 1 -14	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	MESA DE MAYO	2	135
H - 2 - 1 -15	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	2	78
H - 2 - 1 -16	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	SILLA DE PERSONAL MEDICO	2	13
H - 2 - 1 -17	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	SILLA DE PACIENTES	2	16
H - 2 - 1 -18	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	BASURERO CON PEDAL	2	23
H - 2 - 1 -19	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	2	116
H - 2 - 1 -20	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	ESTETOSCOPIO OBSTETRICO	2	92
H - 2 - 2 - 1	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	EQUIPO DE ULTRASONIDO	1	90
H - 2 - 2 - 2	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	MESA DE EXAMEN	1	75
H - 2 - 2 - 3	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	1	116
H - 2 - 2 - 4	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
H - 2 - 2 - 5	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	1	78
H - 2 - 2 - 6	CONSULTA EXTERNA	ULTRASONIDO	SILLA DE PERSONAL MEDICO	1	13
H - 2 - 3 - 1	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	JUEGO DE AMBU ADULTO	1	12
H - 2 - 3 - 2	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	2	77
H - 2 - 3 - 3	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	COLPOSCOPIO CON MONITOR Y CAMARA	1	57
H - 2 - 3 - 4	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	EQUIPO PARA CRIOCIRUGIA	1	101
H - 2 - 3 - 5	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	EQUIPO ASA DIATERMICA	1	38

LISTA DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

ANEXO-3

LOCALIZACION	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM NO.
H - 2 - 3 - 6	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	2	116
H - 2 - 3 - 7	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	BASURERO CON PEDAL	2	23
H - 2 - 3 - 8	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	39
H - 2 - 3 - 9	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	CARRO DE CURACIONES	2	103
H - 2 - 3 -10	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	EQUIPOS DE INSERCION DE DIU	6	1
H - 2 - 4 - 1	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	1	78
H - 2 - 4 - 2	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	SILLA DE PERSONAL MEDICO	1	13
H - 2 - 4 - 3	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	SILLA DE PACIENTES	1	16
H - 2 - 4 - 4	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	140
H - 2 - 4 - 5	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
H - 2 - 4 - 6	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	2	115
H - 2 - 4 - 7	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	CARRO DE CURACIONES	1	103
H - 2 - 4 - 8	CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	BASURERO CON PEDAL	1	23
H - 2 - 5 - 1	CONSULTA EXTERNA	PROMOCION DE SALUD	JUGADOR DE VIDEOCASETE Y MONITOR	1	111
H - 2 - 6 - 1	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	1	78
H - 2 - 6 - 2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	SILLA DE PERSONAL MEDICO	1	13
H - 2 - 6 - 3	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	SILLA DE PACIENTES	1	16
H - 2 - 6 - 4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	MESA DE EXAMEN NEONATAL	1	76
H - 2 - 6 - 5	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	1	47
H - 2 - 6 - 6	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA NEONATO	1	43
H - 2 - 6 - 7	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
H - 2 - 6 - 8	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	ESTETOSCOPIO PARA NEONATOS	1	93
H - 2 - 6 - 9	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	1	39
H - 2 - 6 -10	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	JUEGO PARA DIAGNOSTICO NEONATAL	4	72
H - 2 - 6 -11	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE NEONATO	TALLIMETRO Y PESO PARA NEONATOS	1	81
H - 2 - 7 - 1	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	11
H - 2 - 7 - 2	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	MESA DE EXAMEN NEONATAL	2	76
H - 2 - 7 - 3	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	BASURERO CON PEDAL	2	23
H - 2 - 7 - 4	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	39
H - 2 - 7 - 5	CONSULTA EXTERNA	CURACIONES	CARRO DE CURACIONES	2	103
H - 2 - 8 - 1	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	2	77
H - 2 - 8 - 2	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	39
H - 2 - 8 - 3	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	JUEGO DE DIAGNOSTICO GINECOLOGICO	4	74
H - 2 - 8 - 4	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	ESPECULO VAGINAL DE CUSCO (G, M, P)	16	40
H - 2 - 8 - 5	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	2	47
H - 2 - 8 - 6	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	2	44
H - 2 - 8 - 7	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	TALLIMETRO Y PESO PARA ADULTO	1	82
H - 2 - 8 - 8	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	PELVIMETRO	1	56
H - 2 - 8 - 9	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	DETECTOR FETAL DOPPLER	1	102
H - 2 - 8 -10	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	NEGATOSCOPIO	2	66
H - 2 - 8 -11	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	2	31
H - 2 - 8 -12	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	SILLA DE RUEDAS	1	42
H - 2 - 8 -13	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	4	115
H - 2 - 8 -14	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	MESA DE MAYO	2	135
H - 2 - 8 -15	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	2	78
H - 2 - 8 -16	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	SILLA DE PERSONAL MEDICO	2	13
H - 2 - 8 -17	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	SILLA DE PACIENTES	2	16
H - 2 - 8 -18	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	BASURERO CON PEDAL	2	23
H - 2 - 8 -19	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	2	116
H - 2 - 8 -20	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ADMISION	ESTETOSCOPIO OBSTETRICO	2	92
H - 3 - 1 - 1	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	MESA DE PARTO	4	121
H - 3 - 1 - 2	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	LAMPARA AUXILIAR CON BATERIA	4	107
H - 3 - 1 - 3	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	MONITOR DE PARTO	3	119
H - 3 - 1 - 4	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	UNIDAD DE SUCCION OBSTETRICA	2	36
H - 3 - 1 - 5	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	RESUCITADOR AUTOMATICO	2	65
H - 3 - 1 - 6	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	UNIDAD DE SUCCION	3	34
H - 3 - 1 - 7	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	4	31
H - 3 - 1 - 8	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	ATRIL	4	100
H - 3 - 1 - 9	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	4	44
H - 3 - 1 -10	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	CARRO DE INSTRUMENTOS	4	30
H - 3 - 1 -11	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	MESA DE MAYO	8	135
H - 3 - 1 -12	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	8	115
H - 3 - 1 -13	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA PARTO	24	120
H - 3 - 1 -14	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	EQUIPO DE LEGRADO	6	86
H - 3 - 1 -15	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	ESTETOSCOPIO OBSTETRICO	4	92
H - 3 - 1 -16	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	CAMILLA DE TRANSPORTE	2	109
H - 3 - 1 -17	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	4	39
H - 3 - 1 -18	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	BACINETE	4	55
H - 3 - 1 -19	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	BANCO GIRATORIO PARA CIRUJANOS	4	147
H - 3 - 1 -20	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	JUEGO DE FORCEPS OBSTETRICO (PIPER, KIELLAND, SIMPSON)	8	60
H - 3 - 1 -21	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	PORTA PAILA SENCILLO	8	88
H - 3 - 1 -22	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	BALDE SOBRE RODOS	8	33

LISTA DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

ANEXO-3

LOCALIZACION	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM NO.
H - 3 - 1 -23	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	JUEGO DE AMBU ADULTO	2	12
H - 3 - 1 -24	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	4	116
H - 3 - 1 -25	EXPULSIVO	SALA DE PARTO	JUEGO DE EPISIOTOMIA	16	19
H - 3 - 2 - 1	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	2	35
H - 3 - 2 - 2	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS	MESA PARA TRATAMIENTO NEONATAL	2	80
H - 3 - 2 - 3	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS	TALLIMETRO Y PESO PARA NEONATOS	2	81
H - 3 - 2 - 4	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS	CARRO DE INSTRUMENTOS	2	30
H - 3 - 2 - 5	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	11
H - 3 - 3 - 1	EXPULSIVO	LABOR	CAMA DE PREPARTO	8	123
H - 3 - 3 - 2	EXPULSIVO	LABOR	MESA DE CABECERA	8	125
H - 3 - 3 - 3	EXPULSIVO	LABOR	BASURERO CON PEDAL	8	23
H - 3 - 3 - 4	EXPULSIVO	LABOR	ATRIL	8	100
H - 3 - 3 - 5	EXPULSIVO	LABOR	MONITOR FETAL	4	87
H - 3 - 3 - 6	EXPULSIVO	LABOR	CAMILLA DE TRANSPORTE	2	109
H - 3 - 3 - 7	EXPULSIVO	LABOR	CARRO DE INSTRUMENTOS	1	30
H - 3 - 3 - 8	EXPULSIVO	LABOR	SILLA DE RUEDAS	1	42
H - 3 - 4 - 1	EXPULSIVO	RECUPERACION	CAMA DE RECUPERACION	4	153
H - 3 - 5 - 1	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	SILLA ENFERMERIA	4	15
H - 3 - 5 - 2	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTETOSCOPIO PARA ADULTO	2	94
H - 3 - 5 - 3	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
H - 3 - 5 - 4	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO PORTAEXPEDIENTES	2	27
H - 3 - 5 - 5	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO DE EMERGENCIA	1	37
H - 3 - 5 - 6	EXPULSIVO	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTANTE DE MEDICINA	1	137
H - 3 - 5 - 7	EXPULSIVO	LABOR	DETECTOR FETAL DOPPLER	1	102
H - 3 - 5 - 8	EXPULSIVO	LABOR	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	2	44
H - 3 - 5 - 9	EXPULSIVO	LABOR	ESTETOSCOPIO OBSTETRICO	2	92
H - 3 - 5 -10	EXPULSIVO	LABOR	BOMBA DE INFUSION	2	138
H - 3 - 6 - 1	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	CAMA HOSPITALARIA	1	124
H - 3 - 6 - 2	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	1	35
H - 3 - 6 - 3	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	MESA PARA TRATAMIENTO NEONATAL	1	80
H - 3 - 6 - 4	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	TALLIMETRO Y PESO PARA NEONATOS	1	81
H - 3 - 6 - 5	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	CARRO DE INSTRUMENTOS	1	30
H - 3 - 6 - 6	EXPULSIVO	CUIDADOS INMEDIATOS DE RECIEN-NACIDOS (SEPTICO)	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	11
H - 3 - 7 - 1	EXPULSIVO	BODEGA DE EQUIPOS	ESTANTE METALICO	4	149
H - 4 - 1 - 1	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	MAQUINA DE ANESTESIA CON VENTILADOR	2	132
H - 4 - 1 - 2	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	MONITOR DE PACIENTE	2	28
H - 4 - 1 - 3	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	MESA DE OPERACIONES	2	67
H - 4 - 1 - 4	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	LAMPARA DE TECHO	2	98
H - 4 - 1 - 5	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	LAMPARA AUXILIAR CON BATERIA	2	107
H - 4 - 1 - 6	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	JUEGO INSTRUMENTAL PARA CESAREA	8	96
H - 4 - 1 - 7	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	CARRO DE INSTRUMENTOS	2	30
H - 4 - 1 - 8	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	MESA DE MAYO	4	135
H - 4 - 1 - 9	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	2	97
H - 4 - 1 -10	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	UNIDAD DE SUCCION	2	34
H - 4 - 1 -11	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	LARINGOSCOPIO	2	54
H - 4 - 1 -12	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	ATRIL	4	100
H - 4 - 1 -13	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	CARRO DE EMERGENCIA	2	37
H - 4 - 1 -14	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	DESFIBRILADOR	2	69
H - 4 - 1 -15	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	2	31
H - 4 - 1 -16	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	NEGATOSCOPIO	2	66
H - 4 - 1 -17	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BALDE SOBRE RODOS	4	33
H - 4 - 1 -18	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	CAMILLA DE TRANSPORTE	2	109
H - 4 - 1 -19	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	CARRO DE ANESTESISTA	2	133
H - 4 - 1 -20	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BANCO DE ANESTESISTA	2	18
H - 4 - 1 -21	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	MESAS PARA INSTRUMENTOS	2	32
H - 4 - 1 -22	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA	10	114
H - 4 - 1 -23	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	10	115
H - 4 - 1 -24	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	PORTA PAILA SENCILLO	4	88
H - 4 - 1 -25	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BASURERO CON PEDAL	2	23
H - 4 - 1 -26	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BANCO GIRATORIO DE PERSONAL MEDICO	2	14
H - 4 - 1 -27	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	2	44
H - 4 - 1 -28	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BOMBA DE INFUSION	2	138
H - 4 - 1 -29	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	2	116
H - 4 - 1 -30	QUIROFANO	QUIROFANO DE PARTO	JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA HISTERECTOMIA	2	145
H - 4 - 2 - 1	QUIROFANO	RECUPERACION	CAMA DE RECUPERACION	2	153
H - 4 - 2 - 2	QUIROFANO	RECUPERACION	OXIMETRO DE PULSO	2	108
H - 4 - 2 - 3	QUIROFANO	RECUPERACION	RESUCITADOR AUTOMATICO	1	65
H - 4 - 3 - 1	QUIROFANO	ESTACION DE ENFERMERIA	SILLA ENFERMERIA	4	15
H - 4 - 3 - 2	QUIROFANO	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTETOSCOPIO PARA ADULTO	2	94
H - 4 - 3 - 3	QUIROFANO	ESTACION DE ENFERMERIA	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
H - 4 - 3 - 4	QUIROFANO	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO PORTAEXPEDIENTES	2	27
H - 4 - 3 - 5	QUIROFANO	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTANTE DE MEDICINA	1	137

LISTA DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

ANEXO-3

LOCALIZACION	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM NO.
H - 4 - 4 - 1	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	1	35
H - 4 - 4 - 2	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS	MESA PARA TRATAMIENTO NEONATAL	1	80
H - 4 - 4 - 3	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS	TALLIMETRO Y PESO PARA NEONATOS	1	81
H - 4 - 4 - 4	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS	CARRO DE INSTRUMENTOS	1	30
H - 4 - 4 - 5	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	11
H - 4 - 5 - 1	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	CAMA HOSPITALARIA	1	124
H - 4 - 5 - 2	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	1	35
H - 4 - 5 - 3	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	MESA PARA TRATAMIENTO NEONATAL	1	80
H - 4 - 5 - 4	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	TALLIMETRO Y PESO PARA NEONATOS	1	81
H - 4 - 5 - 5	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	CARRO DE INSTRUMENTOS	1	30
H - 4 - 5 - 6	QUIROFANO	EXAMEN DE NEONATOS (SEPTICO)	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	11
H - 4 - 6 - 1	QUIROFANO	BODEGA DE EQUIPOS	ESTANTE METALICO	2	149
H - 5 - 1 - 1	NEONATOS	PREMATUROS	INCUBADORA	4	128
H - 5 - 1 - 2	NEONATOS	PREMATUROS	MESA PARA TRATAMIENTO NEONATAL	1	80
H - 5 - 1 - 3	NEONATOS	PREMATUROS	UNIDAD DE FOTOTERAPIA	2	53
H - 5 - 1 - 4	NEONATOS	PREMATUROS	NEBULIZADOR ULTRASONICO	2	91
H - 5 - 1 - 5	NEONATOS	PREMATUROS	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	1	35
H - 5 - 1 - 6	NEONATOS	PREMATUROS	BOMBA DE JERINGA	4	70
H - 5 - 1 - 7	NEONATOS	PREMATUROS	BASURERO CON PEDAL	4	23
H - 5 - 1 - 8	NEONATOS	PREMATUROS	RIÑONERA	4	106
H - 5 - 1 - 9	NEONATOS	PREMATUROS	CARRO DE CURACIONES	1	103
H - 5 - 1 -10	NEONATOS	PREMATUROS	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	11
H - 5 - 1 -11	NEONATOS	PREMATUROS	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA NEONATO	2	43
H - 5 - 1 -12	NEONATOS	PREMATUROS	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	1	47
H - 5 - 1 -13	NEONATOS	PREMATUROS	REFRIGERADOR MEDICO	1	139
H - 5 - 1 -14	NEONATOS	PREMATUROS	BOMBA DE INFUSION	4	138
H - 5 - 1 -15	NEONATOS	PREMATUROS	NEGATOSCOPIO	1	66
H - 5 - 1 -16	NEONATOS	PREMATUROS	REGULADOR DE OXIGENO CON HUMIDIFICADOR	2	64
H - 5 - 2 - 1	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	INCUBADORA	1	128
H - 5 - 2 - 2	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	MONITOR NEONATAL	2	79
H - 5 - 2 - 3	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	MESA PARA TRATAMIENTO NEONATAL	1	80
H - 5 - 2 - 4	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	OXIMETRO DE PULSO	1	108
H - 5 - 2 - 5	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	UNIDAD DE FOTOTERAPIA	1	53
H - 5 - 2 - 6	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	MONITOR DE OXIGENO	1	71
H - 5 - 2 - 7	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	NEBULIZADOR ULTRASONICO	2	91
H - 5 - 2 - 8	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	1	35
H - 5 - 2 - 9	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	BOMBA DE JERINGA	2	70
H - 5 - 2 -10	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	BASURERO CON PEDAL	4	23
H - 5 - 2 -11	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	RIÑONERA	4	106
H - 5 - 2 -12	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	CARRO DE CURACIONES	2	103
H - 5 - 2 -13	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	BACINETE	2	55
H - 5 - 2 -14	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	11
H - 5 - 2 -15	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA NEONATO	2	43
H - 5 - 2 -16	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	1	47
H - 5 - 2 -17	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	REFRIGERADOR MEDICO	1	139
H - 5 - 2 -18	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	BOMBA DE INFUSION	2	138
H - 5 - 2 -19	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	NEGATOSCOPIO	1	66
H - 5 - 2 -20	NEONATOS	UCIN (SEPTICO)	REGULADOR DE OXIGENO CON HUMIDIFICADOR	1	64
H - 5 - 3 - 1	NEONATOS	UCIN	INCUBADORA	2	128
H - 5 - 3 - 2	NEONATOS	UCIN	INCUBADORA DE TRANSPORTE	1	129
H - 5 - 3 - 3	NEONATOS	UCIN	MONITOR NEONATAL	2	79
H - 5 - 3 - 4	NEONATOS	UCIN	MESA PARA TRATAMIENTO NEONATAL	1	80
H - 5 - 3 - 5	NEONATOS	UCIN	OXIMETRO DE PULSO	1	108
H - 5 - 3 - 6	NEONATOS	UCIN	UNIDAD DE FOTOTERAPIA	1	53
H - 5 - 3 - 7	NEONATOS	UCIN	MONITOR DE OXIGENO	1	71
H - 5 - 3 - 8	NEONATOS	UCIN	NEBULIZADOR ULTRASONICO	2	91
H - 5 - 3 - 9	NEONATOS	UCIN	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	1	35
H - 5 - 3 -10	NEONATOS	UCIN	BOMBA DE JERINGA	2	70
H - 5 - 3 -11	NEONATOS	UCIN	BASURERO CON PEDAL	3	23
H - 5 - 3 -12	NEONATOS	UCIN	RIÑONERA	3	106
H - 5 - 3 -13	NEONATOS	UCIN	CARRO DE CURACIONES	1	103
H - 5 - 3 -14	NEONATOS	UCIN	BACINETE	1	55
H - 5 - 3 -15	NEONATOS	UCIN	JUEGO DE AMBU NEONATAL	1	11
H - 5 - 3 -16	NEONATOS	UCIN	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA NEONATO	2	43
H - 5 - 3 -17	NEONATOS	UCIN	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	1	47
H - 5 - 3 -18	NEONATOS	UCIN	REFRIGERADOR MEDICO	1	139
H - 5 - 3 -19	NEONATOS	UCIN	BOMBA DE INFUSION	2	138
H - 5 - 3 -20	NEONATOS	UCIN	NEGATOSCOPIO	1	66
H - 5 - 3 -21	NEONATOS	UCIN	REGULADOR DE OXIGENO CON HUMIDIFICADOR	2	64
H - 5 - 4 - 1	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	SILLA ENFERMERIA	6	15
H - 5 - 4 - 2	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTETOSCOPIO PARA NEONATOS	6	93
H - 5 - 4 - 3	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	3	31

LISTA DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

ANEXO-3

LOCALIZACION	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM NO.
H - 5 - 4 - 4	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO PORTAEXPEDIENTES	3	27
H - 5 - 4 - 5	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO DE EMERGENCIA	1	37
H - 5 - 4 - 6	NEONATOS	ESTACION DE ENFERMERIA	ESTANTE DE MEDICINA	3	137
H - 5 - 5 - 1	NEONATOS	BODEGA DE EQUIPOS	ESTANTE METALICO	2	149
H - 6 - 1 - 1	LABORATORIO	LABORATORIO	INCUBADORA DE LABORATORIO	1	117
H - 6 - 1 - 2	LABORATORIO	LABORATORIO	REFRIGERADOR MEDICO	1	139
H - 6 - 1 - 3	LABORATORIO	LABORATORIO	JUEGO DE MICROPIPETAS	1	130
H - 6 - 1 - 4	LABORATORIO	LABORATORIO	CONTADOR DE CELULAS MANUAL	1	45
H - 6 - 1 - 5	LABORATORIO	LABORATORIO	CONTADOR DE COLONIAS	1	58
H - 6 - 1 - 6	LABORATORIO	LABORATORIO	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	85
H - 6 - 1 - 7	LABORATORIO	LABORATORIO	BALANZA ELECTRONICA	1	99
H - 6 - 2 - 1	LABORATORIO	LABORATORIO	HEMOGLOBINOMETRO	1	127
H - 6 - 2 - 2	LABORATORIO	LABORATORIO	MEZCLADOR DE PLACAS DE VDRL	1	3
H - 6 - 2 - 3	LABORATORIO	LABORATORIO	BILIRUBINOMETRO	1	112
H - 6 - 2 - 4	LABORATORIO	LABORATORIO	MICROCENTRIFUGA DE HEMATOCRITO	1	21
H - 6 - 2 - 5	LABORATORIO	LABORATORIO	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	85
H - 6 - 2 - 6	LABORATORIO	LABORATORIO	CENTRIFUGA DE SOBREMESA	1	20
H - 6 - 2 - 7	LABORATORIO	LABORATORIO	CONGELADOR MEDICO	1	142
H - 6 - 2 - 8	LABORATORIO	LABORATORIO	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	1	141
H - 6 - 3 - 1	LABORATORIO	LABORATORIO	ESPECTROFOTOMETRO	1	118
H - 6 - 4 - 1	LABORATORIO	LABORATORIO	JUEGO DE ARTICULOS DE VIDRIO	1	25
H - 6 - 4 - 2	LABORATORIO	LABORATORIO	CRONOMETRO	1	89
H - 6 - 4 - 3	LABORATORIO	LABORATORIO	AGITADOR ELECTRICO DE PIPETAS	1	46
H - 6 - 4 - 4	LABORATORIO	LABORATORIO	BAÑO MARIA	1	51
H - 6 - 4 - 5	LABORATORIO	LABORATORIO	HORNO SECADORA	1	105
H - 6 - 4 - 6	LABORATORIO	LABORATORIO	AGITADOR MAGNETICO	1	131
H - 6 - 4 - 7	LABORATORIO	LABORATORIO	MEDIDOR DE PH	1	2
H - 6 - 4 - 8	LABORATORIO	LABORATORIO	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
H - 6 - 4 - 9	LABORATORIO	LABORATORIO	AUTOCLAVE DE MESA	1	50
H - 6 - 4 -10	LABORATORIO	LABORATORIO	BANCO DE LABORATORIO	4	17
H - 7 - 1 - 1	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	EQUIPO DE RAYOS X GENERAL	1	5
H - 7 - 1 - 2	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	1	6
H - 7 - 1 - 3	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	NEGATOSCOPIO	2	66
H - 7 - 1 - 4	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	JUEGO DE PROTECCION CONTRA RAYOS X	2	4
H - 7 - 1 - 5	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	JUEGO DE CASETTE PARA RAYOS X	2	7
H - 7 - 1 - 6	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	RAYOS X	JUEGO DE GANCHO DE PLACA	6	9
H - 7 - 2 - 1	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	REVELACION	ARMARIO PARA PLACAS DE RAYOS X	1	10
H - 7 - 2 - 2	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	REVELACION	PROCESADOR MANUAL DE PELICULAS	1	8
H - 7 - 2 - 3	DIAGNOSTICO DE IMAGEN	REVELACION	IDENTIFICADOR DE PLACAS	1	104
H - 8 - 1 - 1	SUMINISTRO	FARMACIA	ESTANTE DE MEDICINA	2	137
H - 8 - 1 - 2	SUMINISTRO	FARMACIA	ESTANTE METALICO	2	149
H - 8 - 2 - 1	SUMINISTRO	BODEGA DE MEDICAMENTOS	ESTANTE DE MEDICINA	2	137
H - 8 - 2 - 2	SUMINISTRO	BODEGA DE MEDICAMENTOS	ESTANTE METALICO	4	149
H - 8 - 3 - 1	SUMINISTRO	MATERIALES DE ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE ALTA PRESION GRANDE	2	48
H - 8 - 3 - 2	SUMINISTRO	MATERIALES DE ESTERILIZACION	CONTENEDOR PARA MATERIAL DE ESTERILIZACION	12	136
H - 8 - 3 - 3	SUMINISTRO	MATERIALES DE ESTERILIZACION	CARRO DE ESTERILIZACION	6	26
H - 8 - 3 - 4	SUMINISTRO	MATERIALES DE ESTERILIZACION	MESA DE ACERO INOXIDABLE	2	84
H - 8 - 3 - 5	SUMINISTRO	MATERIALES DE ESTERILIZACION	ESTANTE METALICO	4	149
H - 8 - 4 - 1	SUMINISTRO	BODEGA DE MATERIALES ESTERILIZACION	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	2	31
H - 8 - 4 - 2	SUMINISTRO	BODEGA DE MATERIALES ESTERILIZACION	ESTANTE METALICO	4	149
H - 9 - 1 - 1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	JUEGO DE HERRAMIENTAS	1	52
H -10 - 1 - 1	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	1	29
H -11 - 1 - 1	ADMINISTRACION	OFICINA	COMPUTADOR PERSONAL	1	59
H -11 - 1 - 2	ADMINISTRACION	OFICINA	SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	1	134
H -11 - 2 - 1	ADMINISTRACION	ARCHIVO	ARCHIVADOR DE HISTORIAS	22	150
H -12 - 1 - 1	BODEGA	BODEGA CENTRAL	ESTANTE METALICO	9	149

LISTA DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

ANEXO-3

LOCALIZACION	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM NO.
	CLIPPER DE CHOLOMA				
C1 - 1 - 1 - 1	EXTERNOS	CONSULTA	MESA DE EXAMEN	1	75
C1 - 1 - 1 - 2	EXTERNOS	CONSULTA	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	39
C1 - 1 - 1 - 3	EXTERNOS	CONSULTA	DETECTOR FETAL DOPPLER	1	102
C1 - 1 - 1 - 4	EXTERNOS	CONSULTA	SILLA DE PERSONAL MEDICO	2	13
C1 - 1 - 1 - 5	EXTERNOS	CONSULTA	SILLA DE PACIENTES	2	16
C1 - 1 - 1 - 6	EXTERNOS	CONSULTA	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	2	31
C1 - 1 - 1 - 7	EXTERNOS	CONSULTA	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	2	44
C1 - 1 - 1 - 8	EXTERNOS	CONSULTA	ELECTROCARDIOGRAFO	1	83
C1 - 1 - 1 - 9	EXTERNOS	CONSULTA	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	2	78
C1 - 1 - 1 -10	EXTERNOS	CONSULTA	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	1	77
C1 - 1 - 1 -11	EXTERNOS	CONSULTA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	2	47
C1 - 1 - 1 -12	EXTERNOS	CONSULTA	TALLIMETRO Y PESO PARA NEONATOS	1	81
C1 - 1 - 1 -13	EXTERNOS	CONSULTA	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	2	116
C1 - 1 - 1 -14	EXTERNOS	CONSULTA	NEGATOSCOPIO	2	66
C1 - 1 - 1 -15	EXTERNOS	CONSULTA	ESPECULO VAGINAL DE CUSCO (G, M, P)	4	40
C1 - 1 - 1 -16	EXTERNOS	CONSULTA	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA	4	114
C1 - 1 - 1 -17	EXTERNOS	CONSULTA	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	4	115
C1 - 1 - 1 -18	EXTERNOS	CONSULTA	TALLIMETRO Y PESO PARA ADULTO	1	82
C1 - 1 - 2 - 1	EXTERNOS	TRATAMIENTO	JUEGO DE AMBU ADULTO	2	12
C1 - 1 - 2 - 2	EXTERNOS	TRATAMIENTO	ATRIL	2	100
C1 - 1 - 2 - 3	EXTERNOS	TRATAMIENTO	JUEGO DE TARROS	2	113
C1 - 1 - 2 - 4	EXTERNOS	TRATAMIENTO	CAMILLA DE TRANSPORTE	1	109
C1 - 1 - 2 - 5	EXTERNOS	TRATAMIENTO	MESA DE EXAMEN	1	75
C1 - 1 - 2 - 6	EXTERNOS	TRATAMIENTO	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	39
C1 - 1 - 2 - 7	EXTERNOS	TRATAMIENTO	MESA DE MAYO	2	135
C1 - 1 - 2 - 8	EXTERNOS	TRATAMIENTO	BANCO GIRATORIO DE PERSONAL MEDICO	2	14
C1 - 1 - 2 - 9	EXTERNOS	TRATAMIENTO	INSTRUMENTAL PARA EXTRAER CUERPO EXTRANO	2	146
C1 - 1 - 2 -10	EXTERNOS	TRATAMIENTO	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	2	31
C1 - 1 - 2 -11	EXTERNOS	TRATAMIENTO	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	2	44
C1 - 1 - 2 -12	EXTERNOS	TRATAMIENTO	TANQUE DE OXIGENO	1	62
C1 - 1 - 2 -13	EXTERNOS	TRATAMIENTO	MANOMETRO DE OXIGENO	1	61
C1 - 1 - 2 -14	EXTERNOS	TRATAMIENTO	CARRO DE CURACIONES	2	103
C1 - 1 - 2 -15	EXTERNOS	TRATAMIENTO	DESFIBRILADOR	1	69
C1 - 1 - 2 -16	EXTERNOS	TRATAMIENTO	JUEGO DE CIRUGIA MENOR	8	68
C1 - 1 - 2 -17	EXTERNOS	TRATAMIENTO	CARRO DE EMERGENCIA	1	37
C1 - 1 - 2 -18	EXTERNOS	TRATAMIENTO	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	1	77
C1 - 1 - 2 -19	EXTERNOS	TRATAMIENTO	NEBULIZADOR ULTRASONICO	1	91
C1 - 1 - 2 -20	EXTERNOS	TRATAMIENTO	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	2	116
C1 - 1 - 2 -21	EXTERNOS	TRATAMIENTO	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	1	6
C1 - 1 - 2 -22	EXTERNOS	TRATAMIENTO	JUEGO DE PROTECCION CONTRA RAYOS X	1	4
C1 - 1 - 2 -23	EXTERNOS	TRATAMIENTO	NEGATOSCOPIO	2	66
C1 - 1 - 2 -24	EXTERNOS	TRATAMIENTO	BALDE SOBRE RODOS	2	33
C1 - 1 - 2 -25	EXTERNOS	TRATAMIENTO	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	1	35
C1 - 1 - 2 -26	EXTERNOS	TRATAMIENTO	CARRO DE INSTRUMENTOS	2	30
C1 - 1 - 3 - 1	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	ATRIL	2	100
C1 - 1 - 3 - 2	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	1	39
C1 - 1 - 3 - 3	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	BACINETE	4	55
C1 - 1 - 3 - 4	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	TANQUE DE OXIGENO	1	62
C1 - 1 - 3 - 5	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	CARRETILLA PARA TANQUE DE O2	1	63
C1 - 1 - 3 - 6	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	MANOMETRO DE OXIGENO	1	61
C1 - 1 - 3 - 7	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	NEBULIZADOR ULTRASONICO	2	91
C1 - 1 - 3 - 8	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	INCUBADORA DE TRANSPORTE	1	129
C1 - 1 - 3 - 9	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	BOMBA DE JERINGA	2	70
C1 - 1 - 4 - 1	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	ATRIL	2	100
C1 - 1 - 4 - 2	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	1	39
C1 - 1 - 4 - 3	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	CAMA PARA OBSERVACION	4	122
C1 - 1 - 4 - 4	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	TANQUE DE OXIGENO	1	62
C1 - 1 - 4 - 5	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	MANOMETRO DE OXIGENO	1	61
C1 - 1 - 4 - 6	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	SILLA DE RUEDAS	1	42
C1 - 1 - 4 - 7	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	PATO	2	126
C1 - 1 - 5 - 1	EXTERNOS	ADMISION	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	1	39
C1 - 1 - 5 - 2	EXTERNOS	ADMISION	DETECTOR FETAL DOPPLER	1	102
C1 - 1 - 5 - 3	EXTERNOS	ADMISION	SILLA DE PERSONAL MEDICO	1	13
C1 - 1 - 5 - 4	EXTERNOS	ADMISION	SILLA DE PACIENTES	1	16
C1 - 1 - 5 - 5	EXTERNOS	ADMISION	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
C1 - 1 - 5 - 6	EXTERNOS	ADMISION	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	1	44
C1 - 1 - 5 - 7	EXTERNOS	ADMISION	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	1	78
C1 - 1 - 5 - 8	EXTERNOS	ADMISION	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	1	77
C1 - 1 - 5 - 9	EXTERNOS	ADMISION	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	1	47
C1 - 1 - 5 -10	EXTERNOS	ADMISION	NEGATOSCOPIO	1	66
C1 - 1 - 5 -11	EXTERNOS	ADMISION	ESPECULO VAGINAL DE CUSCO (G, M, P)	4	40

LISTA DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

ANEXO-3

LOCALIZACION	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM NO.
C1 - 1 - 5 -12	EXTERNOS	ADMISION	CARRO DE INSTRUMENTOS	1	30
C1 - 1 - 6 - 1	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	JUEGO DE AMBU ADULTO	2	12
C1 - 1 - 6 - 2	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	BANCO GIRATORIO DE PERSONAL MEDICO	4	14
C1 - 1 - 6 - 3	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
C1 - 1 - 6 - 4	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	2	44
C1 - 1 - 6 - 5	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	NEGATOSCOPIO	1	66
C1 - 1 - 6 - 6	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO PORTAEXPEDIENTES	1	27
C1 - 1 - 6 - 7	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	BOMBA DE INFUSION	2	138
C1 - 2 - 1 - 1	PARTO	PARTO	ATRIL	2	100
C1 - 2 - 1 - 2	PARTO	PARTO	CAMILLA DE TRANSPORTE	1	109
C1 - 2 - 1 - 3	PARTO	PARTO	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	39
C1 - 2 - 1 - 4	PARTO	PARTO	LAMPARA AUXILIAR CON BATERIA	2	107
C1 - 2 - 1 - 5	PARTO	PARTO	BACINETE	2	55
C1 - 2 - 1 - 6	PARTO	PARTO	MESA DE MAYO	2	135
C1 - 2 - 1 - 7	PARTO	PARTO	JUEGO DE FORCEPS OBSTETRICO (PIPER, KIELLAND, SIMPSON)	2	60
C1 - 2 - 1 - 8	PARTO	PARTO	BANCO GIRATORIO PARA CIRUJANOS	2	147
C1 - 2 - 1 - 9	PARTO	PARTO	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
C1 - 2 - 1 -10	PARTO	PARTO	UNIDAD DE SUCCION	1	34
C1 - 2 - 1 -11	PARTO	PARTO	TANQUE DE OXIGENO	1	62
C1 - 2 - 1 -12	PARTO	PARTO	CARRETILLA PARA TANQUE DE O2	1	63
C1 - 2 - 1 -13	PARTO	PARTO	MANOMETRO DE OXIGENO	1	61
C1 - 2 - 1 -14	PARTO	PARTO	RESUCITADOR AUTOMATICO	1	65
C1 - 2 - 1 -15	PARTO	PARTO	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	2	116
C1 - 2 - 1 -16	PARTO	PARTO	JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA PARTO	12	120
C1 - 2 - 1 -17	PARTO	PARTO	MESA DE PARTO	2	121
C1 - 2 - 1 -18	PARTO	PARTO	BALDE SOBRE RODOS	2	33
C1 - 2 - 1 -19	PARTO	PARTO	ESPECULO VAGINAL DE CUSCO (G, M, P)	8	40
C1 - 2 - 1 -20	PARTO	PARTO	JUEGO DE EPISIOTOMIA	4	19
C1 - 2 - 1 -21	PARTO	PARTO	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	4	115
C1 - 2 - 1 -22	PARTO	PARTO	MONITOR DE PARTO	1	119
C1 - 2 - 1 -23	PARTO	PARTO	PORTA PAILA SENCILLO	4	88
C1 - 2 - 1 -24	PARTO	PARTO	CARRO DE INSTRUMENTOS	2	30
C1 - 2 - 1 -25	PARTO	PARTO	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO	2	143
C1 - 2 - 2 - 1	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	1	39
C1 - 2 - 2 - 2	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	TALLIMETRO Y PESO PARA NEONATOS	1	81
C1 - 2 - 2 - 3	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	REFRIGERADOR MEDICO	1	139
C1 - 2 - 2 - 4	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	MESA PARA TRATAMIENTO NEONATAL	1	80
C1 - 2 - 2 - 5	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	1	35
C1 - 2 - 2 - 6	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	CARRO DE INSTRUMENTOS	1	30
C1 - 2 - 2 - 7	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO	1	143
C1 - 2 - 3 - 1	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	ATRIL	2	100
C1 - 2 - 3 - 2	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	CAMILLA DE TRANSPORTE	1	109
C1 - 2 - 3 - 3	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	TANQUE DE OXIGENO	1	62
C1 - 2 - 3 - 4	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	MANOMETRO DE OXIGENO	1	61
C1 - 2 - 3 - 5	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	SILLA DE RUEDAS	1	42
C1 - 2 - 3 - 6	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	CARRO DE CURACIONES	1	103
C1 - 2 - 3 - 7	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	PATO	4	126
C1 - 2 - 3 - 8	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	BOMBA DE JERINGA	2	70
C1 - 2 - 3 - 9	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	CAMA HOSPITALARIA	4	124
C1 - 2 - 3 -10	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	MONITOR DE PARTO	1	119
C1 - 2 - 3 -11	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO	1	143
C1 - 3 - 1 - 1	SUMINISTRO	FARMACIA	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
C1 - 3 - 1 - 2	SUMINISTRO	FARMACIA	ESTANTE DE MEDICINA	2	137
C1 - 3 - 1 - 3	SUMINISTRO	FARMACIA	ESTANTE METALICO	8	149
C1 - 3 - 2 - 1	SUMINISTRO	LABORATORIO	JUEGO DE ARTICULOS DE VIDRIO	1	25
C1 - 3 - 2 - 2	SUMINISTRO	LABORATORIO	CRONOMETRO	1	89
C1 - 3 - 2 - 3	SUMINISTRO	LABORATORIO	JUEGO DE MICROPIPETAS	1	130
C1 - 3 - 2 - 4	SUMINISTRO	LABORATORIO	CENTRIFUGA DE SOBREMESA	1	20
C1 - 3 - 2 - 5	SUMINISTRO	LABORATORIO	MICROCENTRIFUGA DE HEMATOCRITO	1	21
C1 - 3 - 2 - 6	SUMINISTRO	LABORATORIO	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
C1 - 3 - 2 - 7	SUMINISTRO	LABORATORIO	CONTADOR DE CELULAS MANUAL	1	45
C1 - 3 - 2 - 8	SUMINISTRO	LABORATORIO	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	85
C1 - 3 - 2 - 9	SUMINISTRO	LABORATORIO	BAÑO MARIA	1	51
C1 - 3 - 2 -10	SUMINISTRO	LABORATORIO	AUTOCLAVE DE MESA	1	50
C1 - 3 - 2 -11	SUMINISTRO	LABORATORIO	DENSIMETRO	1	110
C1 - 3 - 2 -12	SUMINISTRO	LABORATORIO	ESPECTROFOTOMETRO	1	118
C1 - 3 - 2 -13	SUMINISTRO	LABORATORIO	REFRIGERADOR MEDICO	1	139
C1 - 3 - 2 -14	SUMINISTRO	LABORATORIO	ESTANTE DE MEDICINA	1	137
C1 - 3 - 2 -15	SUMINISTRO	LABORATORIO	BALANZA ELECTRONICA	1	99
C1 - 3 - 2 -16	SUMINISTRO	LABORATORIO	AGITADOR ELECTRICO DE PIPETAS	1	46
C1 - 3 - 2 -17	SUMINISTRO	LABORATORIO	ROTADOR	1	24
C1 - 3 - 2 -18	SUMINISTRO	LABORATORIO	HORNO SECADORA	1	105

LISTA DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

ANEXO-3

LOCALIZACION	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM NO.
C1 - 3 - 2 -19	SUMINISTRO	LABORATORIO	BANCO DE LABORATORIO	4	17
C1 - 3 - 2 -20	SUMINISTRO	LABORATORIO	BILIRUBINOMETRO	1	112
C1 - 3 - 2 -21	SUMINISTRO	LABORATORIO	GLUCOMETRO PORTATIL	1	41
C1 - 3 - 2 -22	SUMINISTRO	LABORATORIO	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO	3	143
C1 - 3 - 2 -23	SUMINISTRO	LABORATORIO	REGULADOR DE VOLTAJE GRANDE	2	144
C1 - 3 - 2 -24	SUMINISTRO	LABORATORIO	QUEMADOR DE BUNSEN	1	148
C1 - 3 - 3 - 1	SUMINISTRO	REVELACION	PROCESADOR MANUAL DE PELICULAS	1	8
C1 - 3 - 3 - 2	SUMINISTRO	REVELACION	ARMARIO PARA PLACAS DE RAYOS X	1	10
C1 - 3 - 3 - 3	SUMINISTRO	REVELACION	JUEGO DE GANCHO DE PLACA	5	9
C1 - 3 - 4 - 1	SUMINISTRO	ESTERILIZACION	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
C1 - 3 - 4 - 2	SUMINISTRO	ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE ALTA PRESION MEDIANO	1	49
C1 - 3 - 4 - 3	SUMINISTRO	ESTERILIZACION	CONTENEDOR PARA MATERIAL DE ESTERILIZACION	6	136
C1 - 3 - 4 - 4	SUMINISTRO	ESTERILIZACION	ESTANTE METALICO	1	149
C1 - 3 - 5 - 1	SUMINISTRO	LAVADERO	LAVADORA	1	151
C1 - 3 - 5 - 2	SUMINISTRO	LAVADERO	SECADORA DE ROPAS	1	152
C1 - 4 - 1 - 1	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	1	134
C1 - 4 - 1 - 2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	COMPUTADOR PERSONAL	1	59
C1 - 4 - 2 - 1	ADMINISTRACION	ARCHIVO	ARCHIVADOR DE HISTORIAS	10	150
C1 - 5 - 1 - 1	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	1	29

LISTA DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

ANEXO-3

LOCALIZACION	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM NO.
CLIPPER DE VILLA NUEVA					
C2 - 1 - 1 - 1	EXTERNOS	CONSULTA	MESA DE EXAMEN	1	75
C2 - 1 - 1 - 2	EXTERNOS	CONSULTA	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	39
C2 - 1 - 1 - 3	EXTERNOS	CONSULTA	DETECTOR FETAL DOPPLER	1	102
C2 - 1 - 1 - 4	EXTERNOS	CONSULTA	SILLA DE PERSONAL MEDICO	2	13
C2 - 1 - 1 - 5	EXTERNOS	CONSULTA	SILLA DE PACIENTES	2	16
C2 - 1 - 1 - 6	EXTERNOS	CONSULTA	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	2	31
C2 - 1 - 1 - 7	EXTERNOS	CONSULTA	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	2	44
C2 - 1 - 1 - 8	EXTERNOS	CONSULTA	ELECTROCARDIOGRAFO	1	83
C2 - 1 - 1 - 9	EXTERNOS	CONSULTA	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	2	78
C2 - 1 - 1 -10	EXTERNOS	CONSULTA	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	1	77
C2 - 1 - 1 -11	EXTERNOS	CONSULTA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	2	47
C2 - 1 - 1 -12	EXTERNOS	CONSULTA	TALLIMETRO Y PESO PARA NEONATOS	1	81
C2 - 1 - 1 -13	EXTERNOS	CONSULTA	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	2	116
C2 - 1 - 1 -14	EXTERNOS	CONSULTA	NEGATOSCOPIO	2	66
C2 - 1 - 1 -15	EXTERNOS	CONSULTA	ESPECULO VAGINAL DE CUSCO (G, M, P)	4	40
C2 - 1 - 1 -16	EXTERNOS	CONSULTA	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA	4	114
C2 - 1 - 1 -17	EXTERNOS	CONSULTA	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	4	115
C2 - 1 - 1 -18	EXTERNOS	CONSULTA	TALLIMETRO Y PESO PARA ADULTO	1	82
C2 - 1 - 2 - 1	EXTERNOS	TRATAMIENTO	JUEGO DE AMBU ADULTO	2	12
C2 - 1 - 2 - 2	EXTERNOS	TRATAMIENTO	ATRIL	2	100
C2 - 1 - 2 - 3	EXTERNOS	TRATAMIENTO	JUEGO DE TARROS	2	113
C2 - 1 - 2 - 4	EXTERNOS	TRATAMIENTO	CAMILLA DE TRANSPORTE	1	109
C2 - 1 - 2 - 5	EXTERNOS	TRATAMIENTO	MESA DE EXAMEN	1	75
C2 - 1 - 2 - 6	EXTERNOS	TRATAMIENTO	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	39
C2 - 1 - 2 - 7	EXTERNOS	TRATAMIENTO	MESA DE MAYO	2	135
C2 - 1 - 2 - 8	EXTERNOS	TRATAMIENTO	BANCO GIRATORIO DE PERSONAL MEDICO	2	14
C2 - 1 - 2 - 9	EXTERNOS	TRATAMIENTO	INSTRUMENTAL PARA EXTRAER CUERPO EXTRANO	2	146
C2 - 1 - 2 -10	EXTERNOS	TRATAMIENTO	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	2	31
C2 - 1 - 2 -11	EXTERNOS	TRATAMIENTO	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	2	44
C2 - 1 - 2 -12	EXTERNOS	TRATAMIENTO	TANQUE DE OXIGENO	1	62
C2 - 1 - 2 -13	EXTERNOS	TRATAMIENTO	MANOMETRO DE OXIGENO	1	61
C2 - 1 - 2 -14	EXTERNOS	TRATAMIENTO	CARRO DE CURACIONES	2	103
C2 - 1 - 2 -15	EXTERNOS	TRATAMIENTO	DESFIBRILADOR	1	69
C2 - 1 - 2 -16	EXTERNOS	TRATAMIENTO	JUEGO DE CIRUGIA MENOR	8	68
C2 - 1 - 2 -17	EXTERNOS	TRATAMIENTO	CARRO DE EMERGENCIA	1	37
C2 - 1 - 2 -18	EXTERNOS	TRATAMIENTO	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	1	77
C2 - 1 - 2 -19	EXTERNOS	TRATAMIENTO	NEBULIZADOR ULTRASONICO	1	91
C2 - 1 - 2 -20	EXTERNOS	TRATAMIENTO	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	2	116
C2 - 1 - 2 -21	EXTERNOS	TRATAMIENTO	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	1	6
C2 - 1 - 2 -22	EXTERNOS	TRATAMIENTO	JUEGO DE PROTECCION CONTRA RAYOS X	1	4
C2 - 1 - 2 -23	EXTERNOS	TRATAMIENTO	NEGATOSCOPIO	2	66
C2 - 1 - 2 -24	EXTERNOS	TRATAMIENTO	BALDE SOBRE RODOS	2	33
C2 - 1 - 2 -25	EXTERNOS	TRATAMIENTO	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	1	35
C2 - 1 - 2 -26	EXTERNOS	TRATAMIENTO	CARRO DE INSTRUMENTOS	2	30
C2 - 1 - 3 - 1	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	ATRIL	2	100
C2 - 1 - 3 - 2	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	1	39
C2 - 1 - 3 - 3	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	BACINETE	4	55
C2 - 1 - 3 - 4	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	TANQUE DE OXIGENO	1	62
C2 - 1 - 3 - 5	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	CARRETILLA PARA TANQUE DE O2	1	63
C2 - 1 - 3 - 6	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	MANOMETRO DE OXIGENO	1	61
C2 - 1 - 3 - 7	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	NEBULIZADOR ULTRASONICO	2	91
C2 - 1 - 3 - 8	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	INCUBADORA DE TRANSPORTE	1	129
C2 - 1 - 3 - 9	EXTERNOS	OBSERVACION, NEONATAL	BOMBA DE JERINGA	2	70
C2 - 1 - 4 - 1	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	ATRIL	2	100
C2 - 1 - 4 - 2	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	1	39
C2 - 1 - 4 - 3	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	CAMA PARA OBSERVACION	4	122
C2 - 1 - 4 - 4	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	TANQUE DE OXIGENO	1	62
C2 - 1 - 4 - 5	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	MANOMETRO DE OXIGENO	1	61
C2 - 1 - 4 - 6	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	SILLA DE RUEDAS	1	42
C2 - 1 - 4 - 7	EXTERNOS	OBSERVACION, ADULTO	PATO	2	126
C2 - 1 - 5 - 1	EXTERNOS	ADMISION	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	1	39
C2 - 1 - 5 - 2	EXTERNOS	ADMISION	DETECTOR FETAL DOPPLER	1	102
C2 - 1 - 5 - 3	EXTERNOS	ADMISION	SILLA DE PERSONAL MEDICO	1	13
C2 - 1 - 5 - 4	EXTERNOS	ADMISION	SILLA DE PACIENTES	1	16
C2 - 1 - 5 - 5	EXTERNOS	ADMISION	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
C2 - 1 - 5 - 6	EXTERNOS	ADMISION	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	1	44
C2 - 1 - 5 - 7	EXTERNOS	ADMISION	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	1	78
C2 - 1 - 5 - 8	EXTERNOS	ADMISION	MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO	1	77
C2 - 1 - 5 - 9	EXTERNOS	ADMISION	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	1	47
C2 - 1 - 5 -10	EXTERNOS	ADMISION	NEGATOSCOPIO	1	66
C2 - 1 - 5 -11	EXTERNOS	ADMISION	ESPECULO VAGINAL DE CUSCO (G, M, P)	4	40

LISTA DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

ANEXO-3

LOCALIZACION	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM NO.
C2 - 1 - 5 -12	EXTERNOS	ADMISION	CARRO DE INSTRUMENTOS	1	30
C2 - 1 - 6 - 1	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	JUEGO DE AMBU ADULTO	4	12
C2 - 1 - 6 - 2	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	BANCO GIRATORIO DE PERSONAL MEDICO	1	14
C2 - 1 - 6 - 3	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	2	31
C2 - 1 - 6 - 4	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL PARA ADULTO	1	44
C2 - 1 - 6 - 5	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	NEGATOSCOPIO	1	66
C2 - 1 - 6 - 6	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	CARRO PORTAEXPEDIENTES	2	27
C2 - 1 - 6 - 7	EXTERNOS	ESTACION DE ENFERMERIA	BOMBA DE INFUSION	2	138
C2 - 2 - 1 - 1	PARTO	PARTO	ATRIL	1	100
C2 - 2 - 1 - 2	PARTO	PARTO	CAMILLA DE TRANSPORTE	2	109
C2 - 2 - 1 - 3	PARTO	PARTO	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	39
C2 - 2 - 1 - 4	PARTO	PARTO	LAMPARA AUXILIAR CON BATERIA	2	107
C2 - 2 - 1 - 5	PARTO	PARTO	BACINETE	2	55
C2 - 2 - 1 - 6	PARTO	PARTO	MESA DE MAYO	4	135
C2 - 2 - 1 - 7	PARTO	PARTO	JUEGO DE FORCEPS OBSTETRICO (PIPER, KIELLAND, SIMPSON)	2	60
C2 - 2 - 1 - 8	PARTO	PARTO	BANCO GIRATORIO PARA CIRUJANOS	1	147
C2 - 2 - 1 - 9	PARTO	PARTO	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
C2 - 2 - 1 -10	PARTO	PARTO	UNIDAD DE SUCCION	1	34
C2 - 2 - 1 -11	PARTO	PARTO	TANQUE DE OXIGENO	1	62
C2 - 2 - 1 -12	PARTO	PARTO	CARRETILLA PARA TANQUE DE O2	1	63
C2 - 2 - 1 -13	PARTO	PARTO	MANOMETRO DE OXIGENO	1	61
C2 - 2 - 1 -14	PARTO	PARTO	RESUCITADOR AUTOMATICO	2	65
C2 - 2 - 1 -15	PARTO	PARTO	BANCO DE PIE DE 2 PELDAÑOS	12	116
C2 - 2 - 1 -16	PARTO	PARTO	JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA PARTO	2	120
C2 - 2 - 1 -17	PARTO	PARTO	MESA DE PARTO	2	121
C2 - 2 - 1 -18	PARTO	PARTO	BALDE SOBRE RODOS	8	33
C2 - 2 - 1 -19	PARTO	PARTO	ESPECULO VAGINAL DE CUSCO (G, M, P)	4	40
C2 - 2 - 1 -20	PARTO	PARTO	JUEGO DE EPISIOTOMIA	4	19
C2 - 2 - 1 -21	PARTO	PARTO	JUEGO DE BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, SIN TAPA	1	115
C2 - 2 - 1 -22	PARTO	PARTO	MONITOR DE PARTO	4	119
C2 - 2 - 1 -23	PARTO	PARTO	PORTA PAILA SENCILLO	2	88
C2 - 2 - 1 -24	PARTO	PARTO	CARRO DE INSTRUMENTOS	2	30
C2 - 2 - 1 -25	PARTO	PARTO	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO	1	143
C2 - 2 - 2 - 1	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	1	39
C2 - 2 - 2 - 2	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	TALLIMETRO Y PESO PARA NEONATOS	1	81
C2 - 2 - 2 - 3	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	REFRIGERADOR MEDICO	1	139
C2 - 2 - 2 - 4	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	MESA PARA TRATAMIENTO NEONATAL	1	80
C2 - 2 - 2 - 5	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	UNIDAD DE SUCCION PEQUEÑA	1	35
C2 - 2 - 2 - 6	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	CARRO DE INSTRUMENTOS	1	30
C2 - 2 - 2 - 7	PARTO	EXAMEN DE NEONATOS	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO	2	143
C2 - 2 - 3 - 1	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	ATRIL	1	100
C2 - 2 - 3 - 2	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	CAMILLA DE TRANSPORTE	1	109
C2 - 2 - 3 - 3	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	TANQUE DE OXIGENO	1	62
C2 - 2 - 3 - 4	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	MANOMETRO DE OXIGENO	1	61
C2 - 2 - 3 - 5	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	SILLA DE RUEDAS	1	42
C2 - 2 - 3 - 6	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	CARRO DE CURACIONES	4	103
C2 - 2 - 3 - 7	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	PATO	2	126
C2 - 2 - 3 - 8	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	BOMBA DE JERINGA	4	70
C2 - 2 - 3 - 9	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	CAMA HOSPITALARIA	1	124
C2 - 2 - 3 -10	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	MONITOR DE PARTO	1	119
C2 - 2 - 3 -11	PARTO	DOLORES DE PARTO / RECUPERACION	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO	1	143
C2 - 3 - 1 - 1	SUMINISTRO	FARMACIA	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	2	31
C2 - 3 - 1 - 2	SUMINISTRO	FARMACIA	ESTANTE DE MEDICINA	1	137
C2 - 3 - 1 - 3	SUMINISTRO	FARMACIA	ESTANTE METALICO	8	149
C2 - 3 - 2 - 1	SUMINISTRO	LABORATORIO	JUEGO DE ARTICULOS DE VIDRIO	1	25
C2 - 3 - 2 - 2	SUMINISTRO	LABORATORIO	CRONOMETRO	1	89
C2 - 3 - 2 - 3	SUMINISTRO	LABORATORIO	JUEGO DE MICROPIPETAS	1	130
C2 - 3 - 2 - 4	SUMINISTRO	LABORATORIO	CENTRIFUGA DE SOBREMESA	1	20
C2 - 3 - 2 - 5	SUMINISTRO	LABORATORIO	MICROCENTRIFUGA DE HEMATOCRITO	1	21
C2 - 3 - 2 - 6	SUMINISTRO	LABORATORIO	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
C2 - 3 - 2 - 7	SUMINISTRO	LABORATORIO	CONTADOR DE CELULAS MANUAL	1	45
C2 - 3 - 2 - 8	SUMINISTRO	LABORATORIO	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	85
C2 - 3 - 2 - 9	SUMINISTRO	LABORATORIO	BAÑO MARIA	1	51
C2 - 3 - 2 -10	SUMINISTRO	LABORATORIO	AUTOCLAVE DE MESA	1	50
C2 - 3 - 2 -11	SUMINISTRO	LABORATORIO	DENSIMETRO	1	110
C2 - 3 - 2 -12	SUMINISTRO	LABORATORIO	ESPECTROFOTOMETRO	1	118
C2 - 3 - 2 -13	SUMINISTRO	LABORATORIO	REFRIGERADOR MEDICO	1	139
C2 - 3 - 2 -14	SUMINISTRO	LABORATORIO	ESTANTE DE MEDICINA	1	137
C2 - 3 - 2 -15	SUMINISTRO	LABORATORIO	BALANZA ELECTRONICA	1	99
C2 - 3 - 2 -16	SUMINISTRO	LABORATORIO	AGITADOR ELECTRICO DE PIPETAS	1	46
C2 - 3 - 2 -17	SUMINISTRO	LABORATORIO	ROTADOR	4	24
C2 - 3 - 2 -18	SUMINISTRO	LABORATORIO	HORNO SECADORA	1	105

LISTA DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

ANEXO-3

LOCALIZACION	DEPARTAMENTO	SALA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM NO.
C2 - 3 - 2 -19	SUMINISTRO	LABORATORIO	BANCO DE LABORATORIO	1	17
C2 - 3 - 2 -20	SUMINISTRO	LABORATORIO	BILIRUBINOMETRO	3	112
C2 - 3 - 2 -21	SUMINISTRO	LABORATORIO	GLUCOMETRO PORTATIL	1	41
C2 - 3 - 2 -22	SUMINISTRO	LABORATORIO	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO	1	143
C2 - 3 - 2 -23	SUMINISTRO	LABORATORIO	REGULADOR DE VOLTAJE GRANDE	2	144
C2 - 3 - 2 -24	SUMINISTRO	LABORATORIO	QUEMADOR DE BUNSEN	1	148
C2 - 3 - 3 - 1	SUMINISTRO	REVELACION	PROCESADOR MANUAL DE PELICULAS	1	8
C2 - 3 - 3 - 2	SUMINISTRO	REVELACION	ARMARIO PARA PLACAS DE RAYOS X	1	10
C2 - 3 - 3 - 3	SUMINISTRO	REVELACION	JUEGO DE GANCHO DE PLACA	6	9
C2 - 3 - 4 - 1	SUMINISTRO	ESTERILIZACION	ARMARIO PARA INSTRUMENTOS	1	31
C2 - 3 - 4 - 2	SUMINISTRO	ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE ALTA PRESION MEDIANO	1	49
C2 - 3 - 4 - 3	SUMINISTRO	ESTERILIZACION	CONTENEDOR PARA MATERIAL DE ESTERILIZACION	1	136
C2 - 3 - 4 - 4	SUMINISTRO	ESTERILIZACION	ESTANTE METALICO	1	149
C2 - 3 - 5 - 1	SUMINISTRO	LAVADERO	LAVADORA	1	151
C2 - 3 - 5 - 2	SUMINISTRO	LAVADERO	SECADORA DE ROPAS	1	152
C2 - 4 - 1 - 1	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	1	134
C2 - 4 - 1 - 2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	COMPUTADOR PERSONAL	1	59
C2 - 4 - 2 - 1	ADMINISTRACION	ARCHIVO	ARCHIVADOR DE HISTORIAS	10	150
C2 - 5 - 1 - 1	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	1	29