



未熟児：保育器、オープンタイプ  
人工呼吸器の不足により、父親が手動で  
蘇生器を押して続けて空気を送っている。



新生児室：保育器、オープンタイプ  
水質に含まれるセラチア菌等により、密閉  
型保育器は使用しない。



新生児病棟  
病院として設計されていないため窓が少なく  
病棟内は薄暗く、通風、採光、動線等に問題  
がある。



小児病棟  
同左。



検査室  
写真の中央に分光光度計、その左に半自動  
分析装置、右奥には電子天秤が設置されて  
いる。いずれも使用可。



予防接種  
医師が乳幼児に予防接種を施している。